

Specificații tehnice								
Numărul licitației:		LP nr.21555995				Data: „17”.02.2026		Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:		Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	1	2. Angiograf biplanar Artis Zee Biplane, Siemens (2024)	Artis Zee Biplane	Germania	Siemens	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice, verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice, verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului, inclusiv a brațelor C. Verificarea și curățirea filtrelor de aer.Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate.Testarea, calibrarea și curățarea modulului fiziologic, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului; mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Numărul de vizite per an – 3.	Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice, verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice, verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului, inclusiv a brațelor C. Verificarea și curățirea filtrelor de aer.Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului). Evaluarea și calibrarea calității imaginii. Instruirea personalului medical la necesitate.Testarea, calibrarea și curățarea modulului fiziologic, inclusiv mentenanța preventivă și corectivă pentru stația de achiziție a semnalului; mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie). Efectuarea mentenanței preventive conform recomandărilor producătorului, verificarea și reînnoire software la cea mai actuală versiune, înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Numărul de vizite per an – 3. (Manualul de deservire tehnica se anexeaza)	Conform Anunțului de participare pct. 16.(CE)

Semnat: Beregoi Valeriu Numele, Prenumele: _____ În calitate de: Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau, Str.Bogdan Voievod,7

Specificații de preț

Numărul licitației: LP nr.21555995

Data: 17.02.2026 Alternativa nr.: Nu

Denumirea licitației: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026										Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar per trimestru (fără TVA)	Preț unitar per trimestru (cu TVA)	Suma fără TVA per 3 trimestre	Suma cu TVA per 3 trimestre	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul nr. 2 - Angiograf Biplanar Artis Zee Biplane.Siemens											
50421000-2	1	2. Angiograf biplanar Artis Zee Biplane, Siemens (2024)	2. Angiograf biplanar Artis Zee Biplane, Siemens (2024)	bucată	1	82940.00	99528.00	248820.00	298584.00	Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC518430A00172AA
Suma totala Lotul II in Lei MD:								248820.00	298584.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director

Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Mun.Chisinau, Str.Bogdan Voievod,7