

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1678954401172 din 27.03.2023 | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--|---|--|
| Obiectul de achiziție: Consumabile și reagenți de laborator neacoperite la LN pentru anul 2023 | | | | | | | |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | Lotul-13. Pipetă serologică sterilă de 1,0 pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual | 323205 | Italia | Syntesys | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |
| 15 | Lotul-15. Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | EI-021 | Ucraina | Ekvittestlab | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Instrucțiunea se anexează. | Certificat ISO; Autorizație |
| 16 | Lotul-16. Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | EI-011 | Ucraina | Ekvittestlab | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Instrucțiunea se anexează. | Certificat ISO; Autorizație |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 17 | Lotul-17. Set pentru determinarea PSA, 96 teste | K221 | Federația Rusă | XEMA | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Instrucțiunea se anexează. | Certificat ISO; Autorizație |
| 18 | Lotul-18. Termohîrtie pentru analizatorul de urină Mission U-500 | U121-101 | SUA | ACON | Termohîrtie 57mm x 30m pentru analizatorul de urină Mission U-500 | Termohîrtie 57mm x 30m pentru analizatorul de urină Mission U-500 | Certificat ISO; Autorizație |
| 20 | Lotul-20. Test pentru determinarea HbsAG, | GCHBsg-402a | China | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător-nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Metoda imunocromatografică. Setul conține testul, caseta, pipeta, soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător-nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Relative sensitivity: 99.4% Relative specificity: 99.5%. Instrucțiunea se anexează. | Certificat ISO; Autorizație |
| 21 | Lotul-21. Test pentru determinarea anti-HCV, | GCHCV-402a | China | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | Metoda imunocromatografică. Setul trebuie să conțină testul, caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător-nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Metoda imunocromatografică. Setul conține testul, caseta, pipeta, soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat, și include o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de către producător-nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului, indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Relative sensitivity: 98.1% Relative specificity: 98,9% Instrucțiunea se anexează. | Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--------|---------------------------------------|--|---|--|
| 22 | Lotul-22. Test pentru determinarea H-Pylori Ag în masele fecale | GCHP-602a | China | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set | Metoda imunocromatografică. Set conține testul caseta, pipeta, soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și includă o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Relative sensitivity: 98.8% Relative specificity: 100% Instrucțiunea se anexează. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |
| 23 | Lotul-23. Test pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale | GEFOB-602b | China | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |
| 26 | Lotul-26. Țoliclon anti A | 8.02.04.0.0010 | Jordan | Atlas Medical | Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni | Flacoane de 200 doze, 10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea se anexează. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |
| 27 | Lotul-27. Țoliclon anti B | 8.02.05.0.0010 | Jordan | Atlas Medical | Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni | Flacoane de 200 doze, 10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea se anexează. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |
| 28 | Lotul-28. Țoliclon anti D super | 8.02.07.0.0010 | Jordan | Atlas Medical | Flacoane de 50 doze, 5 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni | Flacoane de 200 doze, 10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare flacon . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea se anexează. | Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9