

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul de Sanatate Soroca.

Numărul achiziției comerciale: 21015700, ocde-b3wdp1-MD-1575474249366.							Data: 31.12.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator.							Lot:	pag. 1 din 2
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 3. Reagenți, calibratori și material de control p/u coagulometru CA-02 Clindag.

1	33696500-0	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu	Prothrombin-DAC-ISI	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu, volumul flaconului ≤ 5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33696500-0	Fibrinogen	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Fibrinogen, volumul flaconului ≤ 2ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33696500-0	Imidazol	Imidazol-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Imidazol, volumul flaconului ≤ 15ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33696500-0	Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT)	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de control cu nivel normal (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33696500-0	Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT)	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de control cu nivel patologic (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
6	33696500-0	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT)	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Plasmă de Calibrare (PT, FIB, TT, APTT), volumul flaconului ≤ 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot 15. Reagenți pentru investigații clinice generale.

15	33696500-0	Test rapid pentru determinarea singelui onste în materii fecale	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Setul va conține: dispozitivul de diagnosticare, în forma de casetă cu bandă / test imunocromotografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster .Marcaj CE, nr. Lot	Test rapid pentru determinarea sângelui ocult în materii fecale. Setul va conține: dispozitivul de diagnosticare, în forma de casetă cu bandă/test imunocromotografic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	--	----------------	---------	----------------	---	---	----------

Lot 16. Specificații standart pentru investigații serologice.

16	33696500-0	RPR-Carbon-p/u MRS (Luis).	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	RPR-Reagent 5ml. RPR-Control pozitiv, RPR-Control negativ, lama-slaid de unică folosință, baghete de amestecat. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj,să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set,sa fie de la acelasi producator.	RPR - Carbon pentru MRS. RPR-Reagent 5ml. RPR-Control pozitiv, RPR-Control negativ, lamă-slaid de unică folosință, baghete de amestecat. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	----------------------------	----------------	---------	----------------	--	--	----------

Lot 19. Specificatii standart p-u investigatii imunologice.

19	33696500-0	HBsAg teste expres (cartedje).	HBsAg-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	cartedje	Test expres p/u determinare HBsAg (casete-cartridj) în ambalaj individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
----	------------	--------------------------------	------------------	---------	----------------	----------	---	----------

Lot 25. Specificatii standart p-u investigatii imunologice.

25.1	33696500-0	ASLO - LATEX	ASLO-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	ASLO Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
25.2	33696500-0	RF - LATEX	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	RF Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
25.3	33696500-0	CPR - LATEX	CRP-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Latex-test	CRP Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot 26. Veselă și articole de ustensilă.

26	33696500-0	Eprubete 16x100 de 10ml din plastic	test tube 16x100mm 10ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Cu volum de 10 ml, fără capac cu etichetă, ambalate de producator	Eprubete din plastic cu dimensiuni Ø16 x 100mm, fără capac și fără etichetă , vol. 10ml.	ISO, CE.
----	------------	-------------------------------------	--	--------	----	---	---	----------

Lot 27. Veselă și articole de ustensilă.

27	33696500-0	Eprubete gradate din plastic de 12ml	urine test tube 12ml conical, wide mouth, graduated, with special bottom for sediment collection in PS	Italia	FL	Cu etichetă fara capac volum 12 ml cu etichetă, ambalate de producator	Eprubete din plastic gradate, fără capac și fără etichetă , vol. 12ml.	ISO, CE.
----	------------	--------------------------------------	--	--------	----	--	---	----------

Lot 28. Veselă și articole de ustensilă.

28	33696500-0	Eprubete din plastic cu anticoagulant	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	p/u hemostaza (Na Citrat 3,2%), volum de sânge 2,5ml, cu capac și etichetă, ambalate de producator	Eprubete din plastic cu anticoagulant p/u hemostază (Na Citrat 3,8%), volum de sânge 2,5ml, cu capac și etichetă.	ISO, CE.
----	------------	---------------------------------------	---	--------	----	--	--	----------

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**În calitate de: **Director firmă**Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 31.12.2019
Valabilitatea ofertei - 60 zile.