

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1782376268671/21639171 din: 25.06.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 28) REPETAT								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
2	Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)	Lot-2-Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM)	Oscar 2	USA	SUNTECH MEDICAL INC	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) "Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24-48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensiionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor." Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică Domeniul de măsurare presiune: diapazon 30 – 260 mmHg Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică " Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A)." Protecție la suprapresiune " Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță" Construcție și Ergonomie Design: " Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali." Interfață utilizator: "Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor." Greutate: Maxim 200 - 300 g Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili Comunicare PC " Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor." Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: "Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului - optional" Buton de eveniment: "Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică" Programare: "Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte." Software de Analiză și Management Date Licențiere: "Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp)." Bază de date: "Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare/backup/export" Analiză statistică: "Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noaptea). "Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: "Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabele, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel." Accesorii și Garanție "Un Holter TA / ABPM la livrare va include: " Unitate de înregistrare obligatorie "Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large)." Hușă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție Minimum 24 luni Servicii " Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare."	Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) "Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24-48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensiionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor." Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică Domeniul de măsurare presiune: diapazon 30 – 260 mmHg Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică " Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A)." Protecție la suprapresiune " Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță" Construcție și Ergonomie Design: " Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali." Interfață utilizator: "Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor." Greutate: Maxim 200 - 300 g Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili Comunicare PC " Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor." Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: "Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului - optional" Buton de eveniment: "Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică" Programare: "Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte." Software de Analiză și Management Date Licențiere: "Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp)." Bază de date: "Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare/backup/export" Analiză statistică: "Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noaptea). "Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: "Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabele, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel." Accesorii și Garanție "Un Holter TA / ABPM la livrare va include: " Unitate de înregistrare obligatorie "Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large)." Hușă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție Minimum 24 luni Servicii " Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare."	CE ISO

3	Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice	Lot-3-Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice	Duet	USA	Intelligent Hearing Systems Corp.	Denumire Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potentialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu Da Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Calculator Pentru prelucrare și arhivarea datelor Software Da, pentru operarea dispozitivului și arhivare a datelor Sistem de operare licențiat Da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral Numar de canale de înregistrare minim 2 Amplificare a semnalului colectat Da Răspunsul la frecvențe 0.5 - 3 KHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5 Impedanta de intrare minim 10 Mohm Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda Generare de zgomot alb pentru urechea netestată Da Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de inserție Căști externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant Stimulare sonora generala Da Stimulare sonora generala cu sincronizare Da Stimulare sonora pe frecvența Da Stimulare sonora pe frecvența cu sincronizare Da Frecvența sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Possibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut și relativ fata de sunetul de stimula Da Fereastra temporală de analiza -100 ms la 10 ms Rezoluția de conversie analog digitală minim 16 bit Frecvența de esanționare a semnalului colectat minim 30 KHz Ajustare filtrul trece jos a canalelor de înregistrare Da Ajustare filtrul trece sus a canalelor de înregistrare Da Possibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Numar de canale de înregistrare minim 2 Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB Răspunsul la frecvențe 0.5 Hz - 4 KHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5 Impedanta de intrare Minim 10 Mohm Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de inserție Căști externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB Stimulare sonora pe frecvența cu sincronizare Da Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Frecvența de esanționare a semnalului colectat minim 30 KHz Possibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare Consumabile Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Tuburi de rezerva 100 buc Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii Căști adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii	Denumire Dispozitiv de monitorizare a potentialelor evocate audiologice Descriere Aparatele de monitorizare a potențialelor evocate BERA și ASSR sunt dispozitive medicale de diagnosticare electrofiziologică, utilizate pentru a măsura modul în care sistemul auditiv răspunde la sunete, fără a necesita participarea activă a pacientului Model Parametru Specificatia generala Amplasat pe troleu Da Potentiale evocate monitorizate Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral și Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Calculator Pentru prelucrare și arhivarea datelor Software Da, pentru operarea dispozitivului și arhivare a datelor Sistem de operare licențiat Da Modulului de monitorizare a Potențiale Evocate Auditiv de Trunchi Cerebral Numar de canale de înregistrare minim 2 Amplificare a semnalului colectat Da Răspunsul la frecvențe 0.5 - 3 KHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare minim 1.5 Impedanta de intrare minim 10 Mohm Rata de stimulare 5 - 80 stimuli pe secunda Generare de zgomot alb pentru urechea netestată Da Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de inserție Căști externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 20 -120 dB Polaritatea semnalului de stimulare Minim alternant Stimulare sonora generala Da Stimulare sonora generala cu sincronizare Da Stimulare sonora pe frecvența Da Stimulare sonora pe frecvența cu sincronizare Da Frecvența sunetului stimulant separat minim 500, 1000, 2000, 4000 Hz Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare minim 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Possibilitate de ajustare a zgomotului alb la nivel absolut și relativ fata de sunetul de stimula Da Fereastra temporală de analiza -100 ms la 10 ms Rezoluția de conversie analog digitală minim 16 bit Frecvența de esanționare a semnalului colectat minim 30 KHz Ajustare filtrul trece jos a canalelor de înregistrare Da Ajustare filtrul trece sus a canalelor de înregistrare Da Possibilitati de ajustare Rata stimulului, polaritatea (alternant), intensitatea stimulului, urechea stimulată, tipul transductorului Modulului de monitorizare a Răspuns Auditiv în Stare Stabilă Numar de canale de înregistrare minim 2 Factorul de amplificare a semnalului colectat minim 60 dB Răspunsul la frecvențe 0.5 Hz - 4 KHz Rata de rejecție pe mod comun minim 110 dB Tensiunea maximă de decalaj la intrare Minim 1.5 Impedanta de intrare Minim 10 Mohm Rata de stimulare 40 sau 80/90 Hz Tipuri de transductoare pentru stimulare acustica Căști de inserție Căști externe Vibrator osos Intensitatea semnalului de stimulare 0 - 100 dB Stimulare sonora pe frecvența cu sincronizare Da Frecvența sunetului stimulant separat cu sincronizare 500, 1000, 2000 și 4000 Hz Frecvența de esanționare a semnalului colectat minim 30 KHz Possibilitati de ajustare Nivelul stimulului, protocoalele de testare Consumabile Dopuri de silicon de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Tuburi de rezerva 100 buc Electrozi snap clip de unica utilizare Cite 100 pentru fiecare categorie de pacient (adult/ pediatric/ nou nascuti) Pasta conductoare Pentru 300 de investigatii Gel abraziv de curatare Pentru 300 de investigatii Paduri alcoolizate Pentru 300 de investigatii Căști adezive pentru nou nascuti Pentru 100 de investigatii	CE ISO
---	--	--	------	-----	-----------------------------------	--	--	--------

10	Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric	Lot-10-Masa kinetoterapie Bobath, 2 secțiuni, reglaj electric	CY-C107W	China	ZHONGSHAN CHAOYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–95 cm; dimensiuni totale masă: lungime 200×190 cm.120×100 cm; secțiune cap reglabilă hidrolic; unghi reglaj cap 0–85°; dimensiuni secțiune cap: 60×100/120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 130/140*100×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 150 kg (preferabil 160 kg); greutate echipament aproximativ 110-130 kg; tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz	Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–95 cm; dimensiuni totale masă: lungime 200 cm.120 cm; secțiune cap reglabilă hidrolic; unghi reglaj cap 0–90°; dimensiuni secțiune cap: 60×100/120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 130/140*100×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 330rg ; greutate echipament aproximativ 110-130 kg; tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz	CE ISO DM000889257
Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili Tatiana În calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4								