

## SPECIFICȚIE TEHNICĂ COMPLETATĂ

**Modelul: FB-15V; Ref. 84435; Producător: PENTAX Medical / HOYA Corporation; Țara: Japonia.**

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertantă de către autoritatea ofertantă
<p>Bronhoscop cu canal 2.0mm</p> <p>Câmpul de vedere (minim): 120°± 5°</p> <p>Înclinarea câmpului vizual: 0°.</p> <p>Adâncimea câmpului vizual ( diapazonul minim): 3mm - 50 mm.</p> <p>Diametru capului distal (maxim): 4.9 mm.± 0.1 mm</p> <p>Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 5 mm.± 0.1 mm</p> <p>Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 130°.</p> <p>Lungimea de lucru (minim): 600 mm.</p> <p>Canal instrumentar (minim): 2.0 mm</p> <p>Accesorii compatibili cu dispozitivul propus:  Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen sau LED spectru cald echivalent la 150W - 1 unit.  Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.)  Piesă bucală -2 unit.  Tester automat - 1 unit.  Pensă de biopsie- 2 unit.  Cerințe de certificare:  Anul producerii minim 2022.  Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.  Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu  Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.  În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.  Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.  Documente confirmative:  La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:  Manual de utilizator în limba română și engleză  Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.  Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv</p>	<p><b>DA</b> Bronhoscop cu canal 2.1mm <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Câmpul de vedere : 120° <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Înclinarea câmpului vizual: 0°.</p> <p><b>DAa</b> Adâncimea câmpului vizual ( diapazonul minim): 3mm - 50 mm. <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Diametru capului distal : 4.9 mm. <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 4,9 mm. <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Capacitate de flexiune : sus 180°, jos 130°. <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Lungimea de lucru : 600 mm. <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p><b>DA</b> Canal instrumentar : 2.0 mm <b>pag. 2 din High Resolution Fibre Bronchoscopes Brochure</b></p> <p>Accesorii compatibili cu dispozitivul propus:  <b>DA</b> Sursa de lumină cu flux reglabil (minim 150 W) halogen - 1 unit. <b>DA LH-150PC</b>  <b>DA</b> Lampă de halogen de rezervă - 2 unit. (doar în cazul oferirii surei de lumina cu lampă halogen, în cazul oferirii cu LED nu este necesar rezervă.)  <b>DA</b> Piesă bucală -2 unit. <b>OF-Z5</b>  <b>DA</b> Tester automat - 1 unit. <b>SHA-P6</b>  <b>DA</b> Pensă de biopsie- 2 unit. <b>KA18155</b>  Cerințe de certificare:  Anul producerii 2023.  <b>DA</b> Termen de garanție 24 luni din momentul instalării.  <b>DA</b> Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu  <b>DA</b> Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.  <b>DA</b> În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.  <b>DA</b> Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.  Documente confirmative:  <b>DA</b> La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:  <b>DA</b> Manual de utilizator în limba română și engleză  <b>DA</b> Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.  <b>DA</b> Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv</p>

