


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wvdp1-MD-157233141577421013798

Denumirea procedurii de achiziție: "Consumabile medicale pentru anul 2020"


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
336000 00-6	2	3	4	5	6	7	8
	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	90012 marine L/ 90042 marine XL/ 90043 marine XXL Halat Chirurgical cu nivel înalt de protecție	SUA	Halvard Health/ part of Owens an Minor	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistența la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manșete duble, cusături ale minicelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minicelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material neșesut 3 straturi SMS rezistența la penetrare de lichide în limita 45-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manșete duble, cusături ale minicelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minicelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 140 -150 cm în funcție de marime . Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	ISO/CE



Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sport de lichide:	88900	SUA	Halyard Health/ part of Owens an Minor	Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS, 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS, 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/ u fixare - 1 buc Câmp spinal înformă de U, 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/- 1 cm); • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145(+/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm (+/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brățelor; • Banda de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, lățimea de 5 cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență	Componența setului: Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată cu SMS, 152x191cm – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS, 80x144 cm - 1 buc Servetele pentru absorbție- sa nu lase scame - 33x39 cm – 2 buc Câmp spinal înformă de U, 195x195 cm - 1 buc • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 150 x275 cm - 1 buc • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2	ISO/CE
--	-------	-----	--	--	---	--------



					lichide min. 55 cm H ₂ O/cm ² Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafata câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H ₂ O/cm ²	
--	--	--	--	--	---	--



Semnat: ~~Chirurgical~~ Prenumele: Dan Ghereg În calitate de: Director Executiv

Ofertantului: S.R.L. Endo-Chirurgie Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1572331415774/21013798

Denumirea procedurii de achiziție: "Consumabile medicale pentru anul 2020"

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificare bugetară (IBAN)
33600000-6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	buc	5100	101	121	515,100.00	618,120.00	Pe parcursul anului 2020	MD86TRPCC C518430A000 77AA
	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporti de lichide	buc	1000	252	302	252,000.00	302,000.00	Pe parcursul anului 2020	MD86TRPCC C518430A000 77AA
Total						767,100.00	920,120.00		

Semnătura:  Numele, Prenumele: Dan Ghereg În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: SRL Endo-Chirurgie Adresa: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău

