

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI „ILAS” AL I.P. „INSTITUTULUI DE CHIMIE”,  
USM  
MD–2028, m. Chișinău, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 108

08 iunie 2026

DENUMIREA PRODUCTIEI - Materia primă a medaliei  
NUMĂRUL DE MOSTRE - 1  
PREZENTATOR - SRL “Rexart”

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca Л190)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	9,76	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	90,0	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.  
Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca Л190.

Șef ILAS:



Tatiana Mitina