

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747914685363 din 2 iun 2025, 11:00 - 23 iun 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni

Cod CP V	Nr . d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	ARIETTA 750 SE	Japonia	Fujifilm	"Descriere Ultrasonograf Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardiologice, Vascular Parametrul Specificația PROBE PORTURI ≥4 Traductoare de tip: Linear cu valoare minimă nu mai mare de 3 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 8.5 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 38 mm Convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.5 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 5 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 70° Tehnologie: Matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică Sectoriala cardiac convex cu valoare minimă nu mai mare de 1.7 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 4.9 Mhz, cu FOV (field of View): ≥ 90° Tehnologie: Matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică Microconvex, Endocavitar cu valoare minimă nu mai mare de 3.6 Mhz, cu valoare maximă nu mai mică de 9 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere maxim minim ≥ 150° Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 a se indica transductorul care are aceste posibilități Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate NIVELE DE GRI ≥256 Gama dinamică maximă ≥ 300 dB PREPROCESARE canale digitale ≥7000 000 / 500 (canale fizice) Adâncimea de scanare maxima ≥ 40 cm Posibilitate de rotare a imaginii minim până la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginii Stingă / Dreapta PAN/ZOOM imagine în timp real imagine înghețată STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1000 GB/ 1TB tip SSD Memorie Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min 600 sec Porturie pentru intrari/iesiri CD/DVD USB 2.0 /3.0 MONITOR FULL HD ≥ 23" Panel de control touchscreen ≥ 10" Butoane consola configurabile Tastatură digitala Brat flexibil Transfer și stocare date în format DICOM Posibilitatea efectuării Upgrade Imprimantă încorporată B/W FUNCȚIONALITĂȚI Ajustare frecvență Diapazon dinamic reglabil sau tehnologie mai avansată Focalizare pe imagine pe toată adâncimea	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000344370

					Ajustare mape de culori Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Reglare GAIN Reglarea semnalului acustic Măsurători în timp real și în freeze Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare IMAGINE MODURI B-mod/2D M-mod M-mod și 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color DOPPLER Tip CW, PW, CFM, TVI Măsurări automatizate Calcul automate Power Doppler B – Flow/HDflow/ MicroFlow/ eSie Flow/ Advanced Flow/ Superb microvascular imaging sau analogic (disponibil minim pe sonda liniară și convexă) Duplex în timp real Triplex în timp real Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz Elastografie shear wave Măsurarea atenuării ficatului în db/cm/MHz Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic PACHETE DE ANALIZĂ Vascular include minim: Regimuri specializate de detectat microvascularizări B – Flow/HDflow/ MicroFlow/ eSie Flow/ Advanced Flow/ Superb microvascular imaging sau analogic Intima Medie Cardiac include minim: monitor/modul ECG integrat cu cablu pentru pacient Calculul Frației de Ejecție în regim automat (Auto EF) Stress Eco Strain Cardiac Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale Arterial Membre inferioare și superioare stâng/drept Venos Membre inferioare și superioare stâng/drept Regim Automat de setare în regim B Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler FUNCTII OPȚIONALE: Dispozitivul medical trebuie să permită instalarea ulterioară la solicitarea beneficiarului final a următoarelor Funcționalități tehnice. Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast Porturi pentru traductori CW ≥ 1	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**