

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21206095/ ocds-b3wdp1-MD-1712760868769 din 27.05.2024

Denumirea licitației: Achiziționarea suplimentară a endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru" și IMSP Spitalului Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME" pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3			5	6	7	8
Lot Nr. 1 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)								
33100000-1	1.1	TIJA	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	TIJA Confectionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard și lateralizat; Minim 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Con 12/14 mm; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tijă femurală confectionata din aliaj de titan - pag 10-11, Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita - pag 10-11; Fara coleret -pag 11; 12 tipodimensiuni pentru fiecare varianta- pag 10-11. Varianta de offset standard și lateralizate- pag 10-11. Tip de con:12/14 mm - pag 10; Sterila- pag 11 Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile Permedica	DM000273444; DM000273447; DM000273440; DM000273446; DM000273443; DM000273445; DM000273442; DM000273441; DM000273448; DM000273449; DM000273450; DM000273451; DM000273457; DM000273458; DM000273453; DM000273452; DM000273455; DM000273459; DM000273456; DM000273454; DM000273460; DM000273461; DM000273462; DM000273463
33100000-1	1.2	CUPA	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP HaX-Pore 35345 -> 35366 Fixation screws 36720->36760	ITALIA	PERMEDICA	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA -pag 16; Diametre externe prezente in minim 12 dimensiuni -pag 15 ; Prezinta mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric - sant pe suprafata internă a cupei - pag 16; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor - pag 13; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, 8 dimensiuni de lungime (cod 36720->36760)- pag 15; Sterila- pag 16; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile Permedica	DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497; DM000273501; DM000273498; DM000273500.
33100000-1	1.3	INSERT	Vital XE jump system insert 36301XE->36317XE; 36302XE->36318XE	ITALIA	PERMEDICA	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	INSERT: Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata - pag 16; Diametre pentru 12 dimensiuni a cupelor - pag 16; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile 28, 32 mm pag 16; Steril- - pag 16; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile Permedica	DM000273503; DM000273504; DM000273516; DM000273521; DM000273517; DM000273522; DM000559696; DM000559697; DM000559700; DM000559698; DM000559699; DM000559690;
33100000-1	1.4	CAP	COCR BALL HEADS 20381 -> 20384 20331 -> 20334	ITALIA	PERMEDICA	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr)- pag 2,3; Diametre externe de 28, 32 mm- pag 3; Con 12/14 mm- pag 2; Minim 4 dimensiuni de lungime- pag 3; Steril- pag 3. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Informatia se regaseste in brosurile Permedica	DM000273398;DM000273399; DM000273400; DM000273401; DM000273402; DM000273403; DM000273404; DM000273405

33100 000-1	1.5	Set de instrumente gratuit în folosință	EXACTA STEM INSTRUMENT S, JUMP INSTRUMENT S	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, ne obligam sa reparam sau înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000302693; DM000302691
33100 000-1	1.6	Motor oscilant gratis în folosință	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, ne obligam sa reparam sau sa înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	1.7	Lamele pentru motor	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017
Lot Nr. 4 Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabi-litate completa								
33100 000-1	4.1	Componenta femurala primara	U2, PS FEMORAL COMPONENT 2103-3110 - >2103-3170; 2103-3210-> 2103-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Sa fie confectionata din aliaj de CoCr;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie disponibila varianta cu posterostabilizare; - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte 3 raze de curbura; - Sa prezinte minim 8 dimensiuni stanga / dreapta - Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Santul patellar extins; - Suprafata articulara lustruita; - Sa permita flexia de cel putin 1500; - Dimensiunea notch-ului sa fie constanta pentru toata gama de dimensiuni; - Sa permita combinarea unei marimi de femur cu cel putin 6 marimi de tibie; - Sa fie sterila. 	<p>Confectionata din aliaj de CoCr; U2 KNEE BROCHURE PG 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponibila varianta cu posterostabilizare; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 8 - Modalitatea de implantare: cimentata; U2 KNEE ST 2023 PG 34 - Prezinta 3 raze de curbura; 3 RAZE FEMUR - Prezinta 13 dimensiuni stanga / dreapta U2 KNEE BROCHURE NEW PG 8 - Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; U2 KNEE BROCHURE PG 4 FOTO - Santul patellar extins; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 4 - Suprafata articulara lustruita; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 4 FOTO - Permite flexia de cel putin 150 grade; U2 KNEE FAMILY PG 7 - Dimensiunea notch-ului constanta pentru toata gama de dimensiuni; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Permite combinarea unei marimi de femur cu cel putin 6 marimi de tibie; U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Sterila. 	DM000392993; DM000393000; DM000392994; DM000393001; DM000392995; DM000393002; DM000392996; DM000393003; DM000392997; DM000393004; DM000392998; DM000393005; DM000392999; DM000393006; DM000393013; DM000393007; DM000393014; DM000393008; DM000393015; DM000393009; DM000393016; DM000393010; DM000393017; DM000393011; DM000393018; DM000393012.

33100 000-1	4.2	Componenta Tibiala Primara	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Sa fie confectionata din aliaj de titan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalitatea de implantare: cimentata; - Sa prezinte minim 7 dimensiuni universale; - Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; - Sa permita combinarea unei marimi de tibie cu cel putin 6 marimi de femur - Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului; - Sa fie sterila. 	<p>Confectionata din aliaj de titan; CMA BASEPLATE PG 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalitatea de implantare: cimentata; CMA BASEPLATE PG 3 - Prezinta 8 dimensiuni universale; CMA BASEPLATE PG 3 - Pe suprafata inferioara prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; CMA BASEPLATE PG 3 - Permite combinarea unei marimi de tibie cu cel putin 13 marimi de femur U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Prezinta sistem de prindere periferica a insertului; CMA BASEPLATE PG 3 FOTO - Sterila. 	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032.
33100 000-1	4.3	Insertul Tibial Primar	TIBIAL INSERT PS U2 2303-3001 -> 2303-3075	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa prezinte varianta cu posterostabilizare; - Pintenul de posterostabilizare sa aiba dimensiune constanta pentru toata gama de marimi; - Muchiile pintenului de posterostabilizare sa fie rotunjite; - Sa aiba marginea anterioara inclinata pentru evitarea impingement-ului la nivelul tendonului patelar; - Fiecare dimensiune de insert sa poata fi combinata cu cel putin 6 dimensiuni de femur; - Sa fie disponibile minim 7 dimensiuni; - Sa fie disponibile minim 5 grosimi pentru fiecare dimensiune; - Sa prezinte panta posterioara inclusa; - Sa fie steril. 	<p>Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezinta varianta cu posterostabilizare; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Pintenul de posterostabilizare are dimensiune constanta pentru toata gama de marimi; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Muchiile pintenului de posterostabilizare rotunjite; U2 KNEE BROCHURE PG 2 foto - Marginea anterioara inclinata pentru evitarea impingement-ului la nivelul tendonului patelar; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 6 - Fiecare dimensiune de insert ea poate fi combinata cu 13 dimensiuni de femur; U2 KNEE BROCHURE PG 2, DECLARATIE CORESPONDENTA MARIMI - Disponibile 8 dimensiuni; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Disponibile 5 grosimi pentru fiecare dimensiune; U2 KNEE BROCHURE NEW PG 9 - Prezinta panta posterioara inclusa; U2 KNEE BROCHURE PG 2 - Steril. 	DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393202; DM000393201; DM000393212; DM000393206; DM000393211; DM000393205; DM000393210; DM000393204; DM000393203; DM000393207; DM000393207; DM000393208; DM000393214; DM000393220; DM000393222; DM000393215; DM000393218; DM000393216; DM000393219; DM000393221; DM000393213; DM000393217; DM000393217; DM000393230; DM000393227; DM000393228; DM000393226; DM000393223; DM000393231; DM000393232; DM000393225; DM000393229; DM000393241; DM000393235; DM000393239; DM000393242; DM000393236; DM000393234; DM000393240; DM000393233; DM000393237; DM000393238; DM000393249; DM000393252; DM000393248; DM000393251; DM000393247; DM000393243; DM000393250; DM000393246; DM000393245; DM000393244; DM000393259; DM000393255; DM000393260; DM000393256; DM000393254; DM000393258; DM000393261; DM000393262; DM000393262; DM000393257; DM000393269; DM000393271; DM000393271; DM000393267; DM000393272; DM000393265; DM000393265; DM000393266; DM000393270;
33100 000-1	4.4	Set de instrumente în custodie	U2 PS PRIMARY KNEE INSTRUMENT S SET	TAIWAN	UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului 	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, ne obligam să reparăm sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului 	DM000633525;

33100 000-1	4.5	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	RJ-0410/NS- 1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestru oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestru oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	4.6	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Director
Ofertantul: Intermed, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2□