

Specificații tehnice

| | |
|--|---|
| | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1666332525280 / 21065905 din data : 21.10.2022 |
| | Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2023” |

| LOT | Denumirea pozitiei | Modelul | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar de referință |
|-----|--|-----------------|-----------------|--------------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91 | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | WS1 Pro + PT100 | China | Ubibot | Termometru digital cu doi senzori externi, pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200° C +200 °C , +/-0,5 °C cu posibilitatea de transmitere automată a datelor pe calculator sau pe spațiul de stocare cloud. Include softul gratuit pentru monitorizarea datelor. Memorie internă pentru minim și maxim în caz de lipsa a conexiunii. Înștiințarea sonoră și/sau prin e-mail în cazul depășirii valorii de temperatură stabilite. Obligatoriu certificat de testare metrologică la temperaturile +37 °C, +5°C, -20°C. | Termometru digital cu doi senzori externi, pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200° C +200 °C , +/-0,5 °C cu posibilitatea de transmitere automată a datelor pe calculator sau pe spațiul de stocare cloud. Include softul gratuit pentru monitorizarea datelor. Memorie internă pentru 300 000 loguri. Înștiințarea sonoră și/sau prin e-mail în cazul depășirii valorii de temperatură stabilite.Certificat de testare metrologică la temperaturile +37 °C, +5°C, -20°C | CE/ISO |
| | | | | | | | |

Semnat digital

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev

În calitate de: Director

Ofertantul: Edelmed

Adresa: str. Traian 1/1 of 80