

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					Data: „___/___/___”	Alternativa nr.:
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1731421953079 / 21309991						
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)						Pagina: ___ din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100 000-1	2	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	15-1740 , E270AG, 16-2091, 16-2029, V10GOPT4	Germania/ Franta/China	Ackermann, Lamidey Noury, Jusha	Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizarea intervențiilor chirurgicale. Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu min. 6 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră. Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27 "; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: min. DVI, VGA; Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real; Ungchi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal; Cap camera FULL HD- 1 unit: Senzor 3CCD/CMOS; Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare); Camera cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 15-30 mm ± 2mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim. 2. Videoprocessor- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI; USB Interfață minim 2xUSB; Sursa de lumina (Integrat în videoprocessor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6400 K; Controlului reglabil al luminozității; Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar; Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; Pedală de picior; Cablu de interconexiune electrod neutru; Electrod neutru - 2 Buc; Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m , pentru utilizare coagulator mono/bipolar; Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; Să fie oferți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical	Conform anexei lot 2	CE, ISO DM000453075, DM000456214, DM000453108 , DM000453100, DM000530447

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6