

Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ



Numărul procedurii de achiziție : 21021102						Data: 23.03. - 01.04.2020	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Reactive și consumabile de laborator (REPETAT)						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Test rapid Cardio-combo (Troponin I/Mioglobin/CK-MB)	Combo Rapid Test Cassette (Troponin I/Mioglobin/CK-MB)	China	ALL TEST	Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Cart-test . Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	ISO, CE.
33600000-6	Troponin I/T	cTnI Cassette	China	ALL TEST	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor T/I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Cart-test . Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.	ISO, CE.
33600000-6	Articole pentru microscopie. Microscop.	model: IS.1152-Pli (+ IS.7220 + IS.9127)	Olanda	EuroMex	1. Iluminator - lampa LED X. 2. Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. 3. Fixator de probe (lamele) pentru unsingur specimen. 4. Revolver pentru 5 obiective. 5. Obiective Plan Achromat: 4x, 10x,20x, 40x, 100x/1.25 pentru imersie. 6. Condensor universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat. 7. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler. 8. Tub binocular cu unghide înclinare cel puțin 30°, ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75mm. 9. Oculare 10x/20x – 2 buce (cel puțin unul cu focusare). 10. Unitatea de alimentare -încorporată. 11. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază. 12. Ulei de imersie – o sticlă. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, configurate pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cuaccesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a unităților tehnice în Limba de Stat. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, ansamblate.	Microscop binocular iScope. 1. Iluminator - lampa 3 W NeoLED. 2. Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. 3. Fixator de probe (lamele) pentru unsingur specimen. 4. Revolver pentru 3 obiective. 5. Obiective Plan Achromat: 4x, 10x,20x/0.4IOS, 40x, 100x/1.25 pentru imersie. 6. Condensor universal pre-centrat și pre-focusat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat. 7. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler. 8. Tub binocular cu unghide înclinare de la 5° până la 35°, ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 48-75mm. 9. Oculare 10x/20x – 2 buce (cel puțin unul cu focusare). 10. Unitatea de alimentare -încorporată. 11. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază. 12. Ulei de imersie – o sticlă. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, configurate pentru tehnica de vizualizare în câmp luminos, câmp întunecat și contrast de fază. Furnizat cuaccesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a unităților tehnice în Limba de Stat. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, ansamblate.	ISO, CE.
33600000-6	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl	China	DLAB	Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a ciclelor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator. Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a ciclelor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	ISO, CE.

33600000-6	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl	China	DLAB	Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 0,2 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ±0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 0,2 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ±0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	ISO, CE.
33600000-6	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl cu metrologie.	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	ISO, CE.
33600000-6	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie.	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	ISO, CE.
33600000-6	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie.	Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	ISO, CE.

Semnat:  Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

