

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 110						
	110.1	Sistem de fixare a trocarului endoscopic	28172HR/ 28272HA/ 28272UKN	Germania	Karl Storz	Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic. *Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului. *Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316