

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21106383							Data: „21” noiembrie 2023	
Denumirea licitației:							Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică cepline solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	Youmizen 3 PT Liquid 4, 12x4ml	UNGARIA	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind conținutul proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis, de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodei de analiză se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Amplasajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratori, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, serurile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigolifer sau închis, pere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curtea de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scrisă și semnată 3. Certificat de conținut anexat 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G cuvettes 1000	UNGARI A	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 7. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 8. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 9. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G FIB 2 12x2ml	UNGARI A	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 7. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 8. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 9. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G Imidazol 12x15ml	UNGARIA	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN CTRL I, II, 2x5ml	UNGARIA	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G sorb 12x15ml	UNGARIA	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat. 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G Cleaner 1x4,5l	UNGARIA	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune originală scanată și semnată 3. Certificat de confirmare semnat, anexat. 4. Declarație anexată 5. Declarație anexată 6. Declarație anexată 7. Declarație anexată 8. Declarație anexată	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem închis	YOUMI ZEN G Clean Sys 0,1 l	UNGARI A	HORIBA	Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare	1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jriginnal scanat si semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4. Declarație anexata 5. Declarație anexata 6. Declarație anexata 7. Declarație anexata 8. Declarație anexata	ISO ; CE
------------	---	---	-----------------------------	----------	--------	--	---	----------