

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718288166363

Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)

| Denumirea lot/pozitie | Modelul articolului | Țara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specific tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 4 | | | | | | |
| Cititor de casete digital | FCR Prima T2/ CR-IR 392 | Japonia | Fujifilm | 1. Dimensiunile casete: 35x43 cm (14"x17"), 35x35cm (14"x14"), 10"x12", 8"x10", 24x30 cm, 18x24 cm, 15x30 cm; 2. Timpul de incarcare: cel mult 70 sec. 3. Capacitatea de procesare: „Capacitatea de procesare de pina la 75 IPs/hr” 4. Specificatia de citire: cel puțin 10 pixels/mm 5. Timpul startarii imaginii pe monitor: min. 33 sec 6. Numarul de tray-uri: cel puțin 1 7. Network: 10 Base T/100 Base TX 8. Condițiile electrice de alimentare: o faza 50 Hz; AC 240V; ±10% 9. Condițiile de operare: temperatura: min. 15-30C; Umiditatea: min. 15-80% RH; Presiunea atmosferica: aproximativ 750- 1 060hPa | 1. Dimensiunile casete: 35x43 cm (14"x17"), 35x35cm (14"x14"), 10"x12", 8"x10", 24x30 cm, 18x24 cm, 15x30 cm; 2. Timpul de incarcare: Min. 49 sec. 3. Capacitatea de procesare: „Capacitatea de procesare pina la 73 IPs/ hr. 4. Specificatia de citire: 10 pixels /mm 5. Timpul startarii imaginii pe monitor: min. 33 sec 6. Numarul de tray-uri: cel puțin 1 7. Network: 10 Base T/100 Base TX 8. Condițiile electrice de alimentare: o faza 50 Hz; AC 240V; ±10% 9. Condițiile de operare: temperatura: 15-30C; Umiditatea: 15-80% RH; Presiunea atmosferica: aproximativ 750- 1 060hPa | CE |

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

