

## Anexa 22

### SPECIFICAȚII TEHNICE

*Acet tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 și 13, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 7, 8 și 14]*

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1738677057879 din 20.02.2025**

Denumirea licitației: **Achiziționarea consumabilelor, reagenților de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat)**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
2	Apa sterilă	*T3339 Sensititre Sterile Water N100	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	DM00079 1972
3	Mueller Hinton Bulion	*T3462 Sensititre Mueller Hinton Broth N100//3822	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată =100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată =100 x 11 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE
4	Mueller Hinton Bulion	*T3462-05 Sensititre Mueller Hinton Broth N100//3822	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre.	bucată=100 x 5 mL; compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre. <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE
5	Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - citire manuală	*CP112-10 Sensititre Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood - manual read N10	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST - <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE
6	Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – citire automata	*CP114-10 Sensititre Mueller Hinton Broth w/Lysed Horse Blood – autoread N10	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată=10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre - <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE
7	YST Broth	*Y3462 Sensititre Yeast ONE broth N10//3821	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată= 10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată= 10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre - <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE
8	HTM Bulion	*T3470 Sensititre HTM N10	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	bucată =10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	bucată =10 x 11 mL;compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre - <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	CE

17	Placi Gram Negative	*EUMDRXXF Plate Dry IVD Gram Neg//3822	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin,Aztreonam,Cefepime,Cefiderocol, Ceftazidime/Avibactam Constant 4,Ceftolozane/Tazobactam Constant 4, Colistin,Ervacycline,Fosfomycin+glucose-6-phosphate,Imipenem, Imipenem/Relebactam Constant 4,Meropenem,Meropenem/Vaborbactam Constant 8,Piperacillin/Tazobactam Constant 4,Positive Control,Tigecycline,Tobramycin	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amikacin,Aztreonam,Cefepime,Cefiderocol, Ceftazidime/Avibactam Constant 4,Ceftolozane/Tazobactam Constant 4, Colistin,Ervacycline,Fosfomycin+glucose-6-phosphate,Imipenem, Imipenem/Relebactam Constant 4,Meropenem,Meropenem/Vaborbactam Constant 8,Piperacillin/Tazobactam Constant 4,Positive Control,Tigecycline,Tobramycin <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.27</i>	DM00042 5050
18	Placi Candida species	*Y010 Yeastone Format//3822	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine AmphotericinB,Anidulafungin,Caspofungin,Fluconazole,Itraconazole,Micafungin,Posaconazole, Positive control,Voriconazole	bucată 1 x 10 plăci, 9 antifungice in microdilutii plus control pozitiv: 5-Flucytosine AmphotericinB,Anidulafungin,Caspofungin,Fluconazole,Itraconazole,Micafungin,Posaconazole, Positive control,Voriconazole <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.42</i>	DM00042 5085
19	Placi Streptococcus species	*STP6F Plate Dry CLI Step//3822	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, ,>20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Azithromycin,Cefepime,Cefotaxime,Ceftriaxone,Cefuroxime,Chloramphenicol,Clindamycin,Daptomycin,Ertapenem,Erythromycin,Levofloxacin,Linezolid,Meropenem,Moxifloxacin,Penicillin,Positive control,Tetracycline,Tigecycline,Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin	bucată 1 x 10 plăci, ,>20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Azithromycin,Cefepime,Cefotaxime,Ceftriaxone,Cefuroxime,Chloramphenicol,Clindamycin,Daptomycin,Ertapenem,Erythromycin,Levofloxacin,Linezolid,Meropenem,Moxifloxacin,Penicillin,Positive control,Tetracycline,Tigecycline,Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.35</i>	DM00042 5081
20	Placi Gram Positive Enterococcus species	*EUENCF Standard Plate IVD Gram Pos	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin,Amoxicillin/Clavulanic acid, Ampicillin,Ciprofloxacin, Gentamicin,Imipenem,Levofloxacin,Linezolid,Negative Control, Nitrofurantoin,Norfloxacin,Positive Control,Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin,Teicoplanin,Tigecycline,Trimethoprim, Vancomycin	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin,Amoxicillin/Clavulanic acid, Ampicillin,Ciprofloxacin,Gentamicin,Imipenem,Levofloxacin,Linezolid,Negative Control,Nitrofurantoin,Norfloxacin,Positive Control,Quinupristin/dalfopristin, Streptomycin,Teicoplanin,Tigecycline,Trimethoprim, Vancomycin <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.34</i>	DM00042 5049
21	Placi Gram Positive non-fastidious	*GPALL1F Plate Dry CLI Gram Positive Siw	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefoxitin screen, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Clindamycin, Daptomycin,Erythromycin,Gentamicin,Levofloxacin, Linezolid,Moxifloxacin,Negative control,Nitrofurantoin, Oxacillin, Penicillin, Positive control, Quinupristin/ Dalfopristin, Rifampin, Streptomycin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Vancomycin	1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Ampicillin, Cefoxitin screen, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Clindamycin, Daptomycin,Erythromycin,Gentamicin,Levofloxacin, Linezolid,Moxifloxacin,Negative control,Nitrofurantoin, Oxacillin, Penicillin, Positive control, Quinupristin/ Dalfopristin, Rifampin, Streptomycin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Vancomycin <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.32</i>	DM00042 5070
22	Placi Gram Negative urocultiuri	*GNUR3F PLATE DRY GRAM URINARY AUTO	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Ampicillin,Aztreonam, Cefazolin,Ceftriaxone,Ciprofloxacin,Gentamicin,Negative Control, Nitrofurantoin,Positive Control,Trimethoprim/Sulfamethoxazole	bucată 1 x 10 plăci, >9 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Amoxicillin/Clavulanic acid 2:1 ratio,Ampicillin,Aztreonam, Cefazolin,Ceftriaxone,Ciprofloxacin,Gentamicin,Negative Control, Nitrofurantoin,Positive Control,Trimethoprim/Sulfamethoxazole <i>Sensitiitre Plate Guide Booklet 2022 , pag.30</i>	DM00042 5069

23	Placi Gram Positive Staphylococcus species	*EUSTAPF Plate Dry Cli Gram Pos Auto	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin,Cefoxitin screen,Ceftaroline,Clindamycin,Daptomycin, Erythromycin,Fusidate,Gentamicin,Levofoxacin,Linezolid, Moxifloxacin,Mupirocin,Negative control,Norfloxacin,Positive control, Rifampin,Teicoplanin,Telavancin,Tetracycline,Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole,Vancomycin	bucată 1 x 10 plăci, >20 antibiotice in microdilutii plus Control pozitiv si negativ: Cefoxitin,Cefoxitin screen,Ceftaroline,Clindamycin,Daptomycin, Erythromycin,Fusidate,Gentamicin,Levofoxacin,Linezolid, Moxifloxacin,Mupirocin,Negative control,Norfloxacin,Positive control, Rifampin,Teicoplanin,Telavancin,Tetracycline,Tobramycin, Trimethoprim/Sulfanethoxazole,Vancomycin <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.33</i>	DM00042 5051
24	Placi Salmonella/E. coli program de supraveghere UE	*EUVSEC3 Standard Format	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin,Ampicillin,Azithromycin,Cefotaxime,Ceftazidime,Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Colistin,Gentamicin,Meropenem,Nalidixic Acid, Positive Control,Sulfamethoxazole,Tetracycline,Tigecycline Trimethoprim	bucată 1 x 10 plăci, >15 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Amikacin,Ampicillin,Azithromycin,Cefotaxime,Ceftazidime,Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Colistin,Gentamicin,Meropenem,Nalidixic Acid, Positive Control,Sulfamethoxazole,Tetracycline,Tigecycline Trimethoprim <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.64</i>	Certificat de calitate EU Surveillance
25	Placi ESBL program de supraveghere UE	*EUVSEC2 SALMONELA&E.Coli Mic Sensititre Plate	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime,Cefotaxime,Cefotaxime/Clavulanic acid,Cefoxitin,Ceftazidime,Ceftazidime/Clavulanic acid,Ertapenem,Imipenem,Meropenem,Positive control,Temocillin	bucată 1 x 10 plăci, >10 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Cefepime,Cefotaxime,Cefotaxime/Clavulanic acid,Cefoxitin,Ceftazidime,Ceftazidime/Clavulanic acid,Ertapenem,Imipenem,Meropenem,Positive control,Temocillin <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.65</i>	Certificat de calitate EU Surveillance
26	Placi Campylobacter program de supraveghere UE	*EUCAMP3 STANDARD FORMAT	MB	Thermo Fisher (Trek Diagnostic)	bucată 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Ertapenem,Erythromycin,Gentamicin, Positive Control,Tetracycline	bucată 1 x 10 plăci, 6 antibiotice in microdilutii si Control pozitiv: Chloramphenicol,Ciprofloxacin,Ertapenem,Erythromycin,Gentamicin, Positive Control,Tetracycline <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.68</i>	Certificat de calitate EU Surveillance
27	Capete de dozare	*E3010 Sensititre Dosing Heads N100	MB/SUA	Thermo Fisher (Remel)	10 x10; compatibile cu compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre	10 x10; compatibile cu compatibile cu Sistem complet automatizat AST Sensititre <i>Sensititre Plate Guide Booklet 2022 , pag.82</i>	DM00042 4939

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Cristina Lazari În calitate de: manager achiziții

Ofertantul: IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5