

Specificații tehnice (F4.1)

din 25.10.2019

Numărul licitației: 21013153	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 2						
33000000-0	BULB FOR MILLER BLADES 00,0,1 and MC-INT 0 + BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4 and MILLER 2,3	34324 + 34325	Italia	Gima S.p.A.	Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	34324 Bulb mic de laringoscop convențional 2.7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, Și, Kawe , Timesco Truphatek și cea mai mare parte a laringoscopilor convenționale de pe piață, pentru MAC N ° 0 și MILLER N ° 00,0,1 34325 Laringoscop convențional mare bec 2,7 V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, Și, Kawe , Truphatek, Timesco și majoritatea laringoscopilor convenționale de pe piață, pentru MAC N ° 1,2,3,4 și MILLER N ° 2,3 Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE
	Total lot 2						
	Lotul 4						
33000000-0	O2 sensor	U938-07A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Senzor principal de oxigen. Senzorii sunt electrochimici sisteme destinate măsurării presiunii parțiale O2. Senzorii funcționează conform principiului celulelor galvanice. Amestecul gazos care trebuie monitorizat difuzează printr-un material plastic membrana în electrolitul lichid al senzorului. Valabile 12 luni din data livrării Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării	CE
	Total lot 4						
	Lotul 6						
33000000-0	Set conectori NIBP BP17 și BP18	PN0006A + PN0006B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării.	CE
	Total lot 6						

33000000-0	Lotul 31						
	Convex ultrasound transducer	GE 3.5C	SUA	GE Healthcare	<p>Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p> <p>Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.</p> <p>*Instalare de către participantul câștigător .</p>	<p>Sonda transductorului cu ultrasunete convex GE 3.5C cu o gamă de bandă largă de 2 - 5 MHz.</p> <p>Aplicații: abdomen, obstetric, ginecologic (OB / GYN), vascular și urologie.</p> <p>Compatibilitate: GE Logiq 7, 7 Pro, GE Logiq 9, GE Logiq 5 Expert, GE Logiq 5 Pro, GE Logiq A5, P5, S6, GE Vivid 7, 7 Pro și GE Logiq 3 ecografie.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării</p>	CE
	Total lot 31						
33000000-0	Lotul 32						
	Diagnostic Ultrasound Transducer	GL10L	Taiwan	Broadsound Corporation	<p>Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p> <p>Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.</p> <p>*Instalare de către participantul câștigător.</p>	<p>Tip tip Array: Linear</p> <p>Frecvență nominală: 3,5-10,5 MHz</p> <p>Unghiul sectorului / câmpul de vedere: 39mm</p> <p>Aplicație: Piese mici, periferice.</p> <p>Geometria și greutatea ansamblului traductorului</p> <p>Cap de scanare: 85 mm (lungime) * 55 mm (lățime) * 25 mm (înălțime)</p> <p>Cablu: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru)</p> <p>Conector: 155 mm (lungime) * 125 mm (lățime) * 45 mm (înălțime)</p> <p>Greutatea sondei: 1,1 kg</p> <p>Compatibilitate</p> <p>Ansamblul transductor cu ultrasunete GL10L este echivalent substanțial cu ansamblul traductor GE 10L al dispozitivului predicat. Ambele sunt similare între ele în ceea ce privește caracteristicile și parametrii de utilizare; De asemenea, sunt utilizate pe aceleași sisteme de ultrasunete de diagnostic, cum ar fi Logiq 3/5/7/9 Seria Logiq A5 / P5 Vivid 3/4/7 / S6.</p> <p>Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p>	CE
	Total lot 32						

33000000-0	Lotul 33						
	Diagnostic Ultrasound Transducer	GL7L	Taiwan	Broadsound Corporation	<p>Compatibil cu Masina de ecografie "LOGIQ" 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p> <p>Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului.</p> <p>*Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului.</p> <p>*Instalare de către participantul câștigător.</p>	<p>5 MHz Linear 39 mm Piese mici, periferice</p> <p>Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării</p>	CE
	Total lot 33						
33000000-0	Lotul 34						
	Yuasa lead-acid battery NP4-6	366040	Germania	Akkuplanet GmbH	<p>Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.</p>	<p>Baterie Yuasa plumb-acid NP4-6 6 volți 4,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 70x47x105,5 - aprox. greutate 0,798 kg</p> <p>Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.</p>	ISO 9001:2015
	Total lot 34						
33000000-0	Lotul 53						
	Лампа PH 8-20-1	PH 8-20-1	Rusia	ООО "Лисма"	Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO	<p>Putere, W: 20 Fluxul luminos, Lm: 265 Durata de viață, h: 120 Tip de bază: B15d / 18 Tensiune, V: 8 Tip lampă: PH 8-20</p> <p>Nume: Lampa incandescenta speciala Mărimi, mm : L = 58; D = 21 Acoperire cu flacon: transparent Domeniul de aplicare: Special</p>	ISO 9001:2015
	Total lot 53						

33000000-0	Lotul 79						
	Pack of Two Vantage Plus Indirect Ophthalmoscope Bulbs Xenon	1012-P-7006	UK	Keeler Ltd	Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Timpul de lucru ≥ 50 h. 6V/ Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	ISO 13485:2003
	Total lot 79						
33000000-0	Lotul 80						
	HEINE 070 BULB 3.5V	599650	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampă de rezervă halogen convenabilă pentru Heine X.02.88.070 3,5V. Timpul de lucru ≥ 500 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	ISO 9001:2015
	Total lot 80						
33000000-0	Lotul 81						
	XENON OPHTHALMO L1,L2,L3 BULB 3,5 V - Spare	31826	Italia	Gima S.p.A.	Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru ≥ 50 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	XENON OPHTHALMO L1, L2, L3 BULB 3,5 V . Riester bulbs Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării	CE
	Total lot 81						
33000000-0	Lotul 88						
	O2 sensor	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	O2 sensor (66 40 044 Maquet) valabile 12 luni din data livrării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE
	Total lot 88						

33000000-0	Lotul 126							
	IBP cable	U815-1E	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Siemens - HP/Braun IBP cable 10pin-4plug 2.8m. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE	
	Total lot 126							
33000000-0	Lotul 127							
	IBP cable	U815-3Z	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Siemens IBP adapter cable, 16pin-2 round 10P Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.	CE	
	Total lot 127							
33000000-0	Lotul 128							
	Furtun de interconexiune	U503-1B	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul solicitării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Tubul unic de interconectare a presiunii sanguine, L = 3.7M.	CE	
	Total lot 128							
33000000-0	Lotul 131							
	Varta High Energy alkaline Micro AAA, LR03 - 4903	201152	Germania	Akkuplanet GmbH	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie alcalină Varta High Energy Micro, AAA, LR03, 4903 Blister de 4 Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	ISO 9001:2015	
	Total lot 131							

330000000-0	Lotul 132						
	Duracell Ultra Power alkaline Mignon AA, LR06 - MN1500	201119	Germania	Akkuplanet GmbH	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie alcalină Duracell Ultra Power MN1500, MX1500, Mignon, AA, LR06 1,5 Volt - blister de 4 Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	ISO 9001:2015
	Total lot 132						
330000000-0	Lotul 133						
	Agfa Photo alkaline Baby C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie alcalină Agfa Foto Baby, C, LR14 1,5 vol	ISO 9001:2015
	Total lot 133						
330000000-0	Lotul 134						
	Carbon zinc battery 9V-block - 6F22	202009	Germania	Akkuplanet GmbH	Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	Baterie cu carbon de zinc E-Block de 9 volți, 6F22 Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019.	ISO 9001:2015
	Total lot 134						
330000000-0	Lotul 136						
	AKKUMed NiMH battery suitable for Sanyo Medical-freezer MDF-137, 5HR-AAC	110629	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Baterie KKUMed NiMH pentru Sanyo Medical-congelator MDF-137, MDF-U333, MDF-U537, MDF-U537D, MDF-V7486SC, MDF-C8V, VIP Plus - tip 5HR-AAC 6 volți 1,6 Ah - aprox. dimensiuni în mm 52x42x27 - aprox. greutate 0,130 Kg Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării	ISO 9001:2015
	Total lot 136						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23