

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700481278193						
Obiectul achiziției: Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Burghiu traumatologic/ortopedic	NM500	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,ltd.	Piesa de mana, modulara: da Mandrina de blocare a piesei atașate : da Putere: minim 100 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: ≤ 24°C Material carcasă : rezistent la sterilizare: metoda autoclavare, ≤ 135 °C Greutate, gr : maxim 1300gr Viteza de rotație: ≥ 900 r.p.m Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat: da Mecanism de blocare : da Stație încărcare baterii: da, pentru min. 2 locuri la 220V, 50Hz Indicator stare baterie : da Baterii : ≥ 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei: ≥ 100 min. Adaptoare: Fereastră oscilant: da Cap rotativ 360 °: da Viteza de oscilație: minim 12 000 oscilații / minut Schimbarea si atașarea lamelor: da, fără cheii speciale Sterilizare, autoclavare: da Accesorii:	Piesa de mana, modulara: da Mandrina de blocare a piesei atașate : da Putere: minim 100 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului: ≤ 24°C Material carcasă : rezistent la sterilizare: metoda autoclavare, ≤ 135 °C Greutate, gr : maxim 1300gr Viteza de rotație: ≥ 900 r.p.m Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat: da Mecanism de blocare : da Stație încărcare baterii: da, pentru min. 2 locuri la 220V, 50Hz Indicator stare baterie : da Baterii : ≥ 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei: ≥ 100 min. Adaptoare: Fereastră oscilant: da Cap rotativ 360 °: da Viteza de oscilație: minim 12 000 oscilații / minut Schimbarea si atașarea lamelor: da, fără cheii speciale Sterilizare, autoclavare: da	CE/ISO

				Lame pentru fereastră: Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un. Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un. Atașament pentru găurire: da Accesorii : Burghie : 1 set. Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije, minim 0,6mm - 1 buc: da Alte adaptoare, opțional: da Container pentru sterilizare: - 1 buc. Da Perioada de garanție: Minim 2 ani Anul producerii: 2023	Accesorii: Lame pentru fereastră: Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un. Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un. Atașament pentru găurire: da Accesorii : Burghie : 1 set. Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije, minim 0,6mm - 1 buc: da Alte adaptoare, opțional: da Container pentru sterilizare: - 1 buc. Da Perioada de garanție: Minim 2 ani Anul producerii: 2023	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ACM nr. ocde-b3wdp1-MD-1700481278193
	Obiectul de achiziției: <u>Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 00-1	Burghiu traumatologic/ortopedic	buc	1	44960,00	53952,00	44960,00	53952,00	în decurs de 20 zile din momentul solicitării, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită	
	TOTAL					44960,00	53952,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia