

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 din 26.07.2024									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100000-1	4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	ANALIZATOR HEMATOLOGIC HEMOLYZER® 3NG (HE3100)	Ungaria	NORMA INSTRUMENTS ZRT.	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PCT. Capacitate (probe/oră) ≥ 40. Diluarea automată. Afișaj graphic. Imprimantă incorporată, obligatoriu. Sistem. ID pacient obligatoriu. Introducerea datelor manual. Interfața PC obligatoriu. Afișarea histogramelor obligatoriu. Stocarea datelor obligatoriu. Calibrarea automată. Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum, RBC- repartizarea eritrocitelor după volum, PLT- repartizarea trombocitelor după volum. Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, grafice, rezultate din arhivă, date de service. Afișarea rezultatelor pe imprimantă. Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient. Indicatori de avertizare obligatoriu. Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings. Limba de comunicare rom/rus. Memorie internă ≥ 1000 pacienți. Accesorii Vas pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare. Alimentare 220 V, 50 Hz. Reagenți. Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 500 probe". Accesorii, consumabile. Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 500 probe. Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator hematologic (HEMOLYZER® 3NG (HE3100)), automat (3 diff), 40 probe, sistem închis Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine (sistem închis) Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff (pagina 11, 19 - manualul de utilizare) Procedura de curățire automată (pagina 82, 103 - manualul de utilizare) Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PCT (pagina 116 - manualul de utilizare). Capacitate (probe/oră) = 60 (pagina 116 - manualul de utilizare).. Diluarea automată. (pagina 19 - manualul de utilizare) Afișaj graphic: (pagina 72 - manualul de utilizare) Imprimantă incorporată, obligatoriu. Sistem. ID pacient obligatoriu. (pagina 68 - manualul de utilizare) Introducerea datelor manual. (pagina 68, 116 - manualul de utilizare) Interfața PC obligatoriu. (pagina 116 - manualul de utilizare) Afișarea histogramelor obligatoriu. Stocarea datelor obligatoriu. Calibrarea automată. (pagina 89-90 - manualul de utilizare) Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum, RBC- repartizarea eritrocitelor după volum, PLT- repartizarea trombocitelor după volum. (pagina 79-81 - manualul de utilizare) Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, grafice, rezultate din arhivă, date de service. Afișarea rezultatelor pe imprimantă. Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient (pagina 72-73 - manualul de utilizare). Indicatori de avertizare obligatoriu (pagina 74 - manualul de utilizare). Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings (pagina 96 - manualul de utilizare). Limba de comunicare rom/rus. Memorie internă = 40000 pacienți (pagina 116- manualul de utilizare). Accesorii Vas pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare. (pagina 22-23 - manualul de utilizare) Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți. Reagenți (pagina 116 - manualul de utilizare). "Sunt incluși toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a 500 probelor". La livrarea împreună cu aparatul vom livra 500 teste (H3-Compact 500, HE3705, 1 set = 500 teste) (pagina 3 - broșura), controlul (H3-CHECK COMPLETE, HE3504, 1fl. control scăzut, 1fl. control normal, 1fl. control ridicat) și soluție de spălare (H3/5-HYPOCLEAN, HE3413, 1flx100ml) Accesorii, consumabile. Sunt incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru 500 probe. Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni. Broșura, manualul de utilizare de la producător și instrucțiuni pentru reagenți se anexează.	Nr. de înregistrare la REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE pentru analizatorul hematologic - DM000662848 Nr. de înregistrare la REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE pentru reagenți - DM000662846 (HE3705)+DM000662851 (HE3504)+DM000662847 (HE3413)

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9