

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Numărul licitației:   | ocds-b3wdpl-MD-1630666210153               | Data: 26 septembrie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alternativa nr.: |
| Denumirea licitației: | Articole parafarmaceutice pentru anul 2022 | Lot: 7,38,41,42,43,52,53,54,111,112,113,114,115,124,127,130,131,132,133,134,135,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200 | Pagina: din      |

| Cod CPV    | Nr. lot | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                               | Modelul articolului                                                                                                    | Țara de origine | Producătorul                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                            | Standarde de referință        |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 33100000-1 | 7       | Bandă adezivă ( emplastru) 3cm/5m                                                                                      | Emplastru din matase 2.5cmx5m Medline                                                                                  | China           | Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenice, chirurgical pe bază de matasa                                                                                                                                                               | Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenice, chirurgical pe bază de matasa                                                                                                                                                                        | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 38      | Garou medical p/u emisii de singe latex                                                                                | Garou hemostatic (жгут кровоостан. тип Эсмарха с кнопкой)                                                              | Ucraina         | Kievguma SRL                              | Garou medical p/u emisii de singe latex                                                                                                                                                                                                                  | Garou medical p/u emisii de singe latex                                                                                                                                                                                                                           | CE Declaratie de conformitate |
| 33100000-1 | 41      | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm                                                                                         | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm                                                                                         | Italia          | Ceracarta SPA                             | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm                                                                                                                                                                                                                           | Hirtie ECG 600G 110mm*20m*43mm                                                                                                                                                                                                                                    | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 42      | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140                                                                            | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140                                                                            | Italia          | Ceracarta SPA                             | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140                                                                                                                                                                                                              | Hirtie ECG SE1201 p/u aparatul EDAN 210x140                                                                                                                                                                                                                       | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 43      | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), în formă de carte , termo | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), în formă de carte , termo | Italia          | Ceracarta SPA                             | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), în formă de carte , termo                                                                                                                                   | Hârtie pentru ECG MAC 2000 cu dimensiunea 210×297mm (dimensiunea standard pentru hârtia A4), în formă de carte , termo                                                                                                                                            | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 52      | Masca de oxigen                                                                                                        | Masca de oxigen                                                                                                        | China           | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | PVC transparent netoxic<br>-nu contine latex<br>-tub lung 210cm cu conectori universali<br>-rezervor de Oxigen 1000ml<br>-conector cu supape de silicon<br>-unica folosinta<br>-ambalate individual                                                      | PVC transparent netoxic<br>-nu contine latex<br>-tub lung 210cm cu conectori universali<br>-rezervor de Oxigen 1000ml<br>-conector cu supape de silicon<br>-unica folosinta<br>-ambalate individual                                                               | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 53      | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL                                                                            | Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL                                                                            | China           | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Forma anatomica maturi compusa din 3 piese<br>-masca cu sistem de fixare elastic<br>-rezervor cu capacitate de 8-10ml<br>-transparent pentru substanta medicamentoasa<br>-racord flexibil, 200cm cu conector standart<br>-steril<br>-ambalate individual | Forma anatomica maturi compusa din 3 piese<br>-masca cu sistem de fixare elastic<br>-rezervor cu capacitate de 8-10ml<br>-transparent pentru substanta medicamentoasa<br>-racord flexibil, 200cm cu conector standart<br>-steril<br>-ambalate individual          | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 54      | Musama medicala 1m x 0.9m                                                                                              | Musama cauciuc tip A (ambalaj individual) 1m x 0.8m                                                                    | Ucraina         | Kievguma SRL                              | Musama medicala 1m x 0.9m                                                                                                                                                                                                                                | Musama medicala 1m x 0.8 m                                                                                                                                                                                                                                        | CE Declaratie de conformitate |
| 33100000-1 | 111     | Sonde pentru aspiratie traheală 10Fr                                                                                   | Sonde pentru aspiratie traheală 10Fr                                                                                   | China           | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm<br>Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Sonde 8 Fr cu cupa mica<br>Sonde 10Fr-18Fr cu cupa mare                    | Sonde pentru aspiratie traheală 10Fr, lungime 47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Transparent, Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 112     | Sonde pentru aspiratie traheală 12Fr                                                                                   | Sonde pentru aspiratie traheală 12Fr                                                                                   | China           | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm<br>Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Sonde 8 Fr cu cupa mica                                                    | Sonde pentru aspiratie traheală 10Fr, lungime 47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Transparent, Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala | CE, ISO                       |

|            |     |                                                                |                                                    |       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 33100000-1 | 113 | Sonde pentru aspirație traheală 14 Fr                          | Sonde pentru aspirație traheală 14 Fr              | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm<br>Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Sonde 8 Fr cu cupa mica                                                                                                                                                                                                                   | Sonde pentru aspirație traheală 10Fr, lungime 47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Transparent, Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala                                                                                                                                    | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 114 | Sonde pentru aspirație traheală 16Fr                           | Sonde pentru aspirație traheală 16Fr               | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm<br>Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Sonde 8 Fr cu cupa mica                                                                                                                                                                                                                   | Sonde pentru aspirație traheală 10Fr, lungime 47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Transparent, Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala                                                                                                                                    | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 115 | Sonde pentru aspirație traheală 18 Fr                          | Sonde pentru aspirație traheală 18 Fr              | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Sonde 8Fr lungime38 -42 cm<br>Sonde 10-18Fr lungime47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Sonde 8 Fr cu cupa mica                                                                                                                                                                                                                   | Sonde pentru aspirație traheală 10Fr, lungime 47-52 cm<br>Material PVC<br>Portiunea distala deschisa dreapta,tocita<br>Orificiu lateral (un orificiu)<br>Cu cupa mare<br>Transparent, Pe ambalajul produsului indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala                                                                                                                                    | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 124 | Termometru medical pu corp fara mercur                         | Termometru fara mercur Model: CR.W00               | China | Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd. | Termometru medical pu corp fara mercur. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. *Pentru dispozitivele                                                                                                                                                                                      | Model: CR.W00<br>Descriere: conține amestec de galii și indii în loc de mercur, netoxic, fără baterii. Intervalul de măsurare: 35-42 grade Celsius . Dimensiunea termometruului: lungime 120 + 8mm, lățimea 12 ± 0,4 mm ,                                                                                                                                                                            | CE, ISO, DM înregistrat în RM |
| 33100000-1 | 127 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universală (standart) 22-42cm | Tensiometru mecanic cu stetoscop Model: MC-50A     | China | Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd. | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universală (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.                                                                                                                                                                                    | Model: MC-50A<br>Descriere: manometru fabricat din aliaj de zinc/aluminiu, ceea ce protejează dispozitivul de căderi și lovituri. Manseta din nylon, tip bandaj, de foarte buna calitate, cu marcaj de pozitionare pe artera 54*14.5cm cu 2 tuburi din latex 22*12cm, Domeniu de masurare: 0- 300 mm Hg; Precizie: ± 3 mmHg; Rezolutia de masurare: 2 mmHg, stetoscop profesional cu capsula simpla. | CE, ISO, DM înregistrat în RM |
| 33100000-1 | 130 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5             | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5 | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.  | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxidertificat                                                                                                                                         | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 131 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0             | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0 | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid ertificat                                                                                                                                        | CE, ISO                       |
| 33100000-1 | 132 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5             | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5 | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd           | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.    | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,R0-contrasta<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid ertificat                                                                                                                                           | CE, ISO                       |

|            |     |                                                       |                                                       |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33100000-1 | 133 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0    | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0    | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic<br>Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C<br>Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid<br>ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la in<br>funcție de evaluarea conformității cu anexele                              | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic<br>Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C<br>Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid      | CE, ISO |
| 33100000-1 | 134 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5    | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5    | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic<br>Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta:<br>Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la in funcție de evaluarea conformității cu anexele c orespunzătoare pentru produsul dat. | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic<br>Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta:<br>Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxid         | CE, ISO |
| 33100000-1 | 135 | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9      | Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9      | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la in funcție de evaluarea conformității cu anexele c orespunzătoare pentru produsul dat.     | Material Polivinilclorid<br>Termoplastic Linie radiopaca,Rô-contrastă<br>Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa<br>Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg<br>Marcaj in cm pe toata lungimea tubului<br>Sterilizare cu etilenoxidertificat   | CE, ISO |
| 33100000-1 | 149 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 12 FR | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5                                                                                                                                              | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | CE, ISO |
| 33100000-1 | 150 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 14 FR | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5                                                                                                                                              | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore, Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5 | CE, ISO |
| 33100000-1 | 151 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore 16 FR | China | Guangdong Ecan Medical Co., Ltd | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5                                                                                                                                                                                               | Prezinta valva unidirectionala pentru aspiratie, port pentru administrare medicamente, control al aspiratiei, adaptor pentru sistem de ventilatie si/ sau cateter mouth/ tub prelungitor sonda REF 22714186-5                                                  | CE, ISO |
| TOTAL      |     |                                                       |                                                       |       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gușan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**