Anexa nr. 22
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1756314684729**

Denumirea procedurii de achiziție: **Paturi pentru institutiile medicale**

Autoritatea contractantă: **IMSP SR Anenii Noi**

nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	33100000-1	Paturi pentru IMSP SR Anenii Noi	JL 256	China	Jainlian Homecare Products Co.,Ltd	Lungime Totală - 2120 mm Lățime Totală 970 mm Înălțime Totală 500-550 mm (cu saltea 75+ 5 mm) Diametrul roti 127-130 mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-85 ° (±5°) Unghiul sectiunii picioarelor de sustinere: 0-40°(±5°) Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp elocstrostatic pentru a evita imbatranirea si rugina. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protectie pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuala, 4 roti pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusa în set	Lungime Totală - 2120 mm, paj.67-catalog Lățime Totală 970 mm,paj.67 Înălțime ajustabila Totală 500 mm (+ saltea 70mm) Total cu saltea 570 mm, paj.67 Diametrul roti 125-127 mm,paj.67 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-80 ° (±5°),paj.67 Unghiul sectiunii picioarelor de sustinere: 0-40°(±5°),paj.67 Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată - paj.67 Cadrul este vopsit prin camp elocstrostatic pentru a evita imbatranirea si rugina. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protectie pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuala, 4 roti pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusa în set	ISO,CE,Declaratia de conformitate **Inregistrat in Registru de Stat DM-000684806 , Rg-04-000099 din 26.04.2024**

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.09.10 16:13:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ