

Specificații tehnice

(Acces tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1767180700184						Data: 21.01.2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea Analizatorului portativ (POC) și investigațiilor pentru determinarea parametrilor hemostazei conform necesității instituției medico-sanitare publice IMSP SCM „Gheorghe Paladi” pentru anul 2026							Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	HS-001 cu accesorii	SUA	Hemosonics LLC	conform anunțului de participare	Descriere Funcția de bază evaluarea și monitorizarea hemostazei în sala de operații, terapie intensivă, UPU la patul pacientului (point of care), DA, pag.2. Parametrul Specificația. Dispozitiv tip «point of care» Obligatoriu- DA, pag.2. Softul integrat care permite vizualizarea și interpretarea rezultatelor Obligatoriu- DA, pag.2. Tehnologia de măsurare / principiu rezonanță (clot viscoelasticity cu o frecvență fixă) / ultrasunet (tehnologie SEER Sonorheometry, estimare a elasticității via rezonanță)- DA, pag.1, 5, 14. Teste efectuate: hemostază, fibrinoliză - DA, pag.4. Volum probă ≤ 5 mL- DA, 2.7 / 3ml, pag.15. Pregătirea probei – fără pipetare suplimentară, timp preparare ≤ 1 minut. DA, pag.2. Parametri analizați. CT (Clot Time) CTH (Clot Time with Heparinase) CTR (Clot Time Ratio) CS (Clot Stiffness) PCS (Platelet Contribution to Clot Stiffness) FCS (Fibrinogen Contribution to Clot Stiffness) CSL (Clot Stability to Lysis) DA, pag.14. Să prezinte toate rezultatele timp de maxim 60 minute, DA, pag.4. Sistem de control al calității integrat Obligatoriu, DA, pag.2. Ecran color, tactil diagonală ≥ 6,5 inch, DA, diagonală ~10.3" (22 cm x 14 cm) pag.15. Interfață grafică cu afișare rezultate numerice + grafice, DA, pag.4. Alimentare electrică 220 V, 50 Hz, DA, pag.6 Stocare și export de date Obligatoriu Porturi USB / Ethernet (RJ45), DA, pag.15. Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare - Da, incluse. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar - DA. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului - DA. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate - DA. Seturile de menținere și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate - DA. Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială - DA. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică - DA. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului - DA. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate - DA. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere- DA. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului- DA. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității)- DA. Toate piesele și kiturile de menținere necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului- DA. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP- DA. Toate serviciile de menținere preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului- DA. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului- DA. Oferta include toate accesoriile necesare pentru buna funcționare a dispozitivului propus, inclusiv UPS, cititor de coduri de bare (tip KT-0029), imprimantă termică (tip KT-0015).	DM000851438 DM000851442 DM000851440
33100 000-1	1	Hemostaza (Qplus sau echivalentul)	Hemostaza (Qplus sau echivalentul)	Hemostaza QPLUS cu consumabile	SUA	Hemosonics LLC	Hemostaza (Qplus sau echivalentul)	Hemostaza QPLUS cu consumabile: Cartuș QPLUS - câte 1 cartuș la examinare/pacient, se livrează în set de 10 buc., art. KT-0010 Quanta Cleaning Cartridge - câte 1 cartuș pe lună/analizator, se livrează în set de 10 buc., art. KT-0012 Set de control QPLUS LEVEL 1 - câte 1 cartuș pe 3 luni, se livrează în set de 4 buc., art. KT-0024 Set de control QPLUS LEVEL 2 - câte 1 cartuș pe 3 luni, se livrează în set de 4 buc., art. KT-0026 Printer paper roll (dimensiuni 80mm×12m), un rulou aproximativ pentru 72 examinări (cu imprimare singură) sau 36 de examinări (cu dublare de rezultat), se livrează în set de 10 buc., art. KT-0030	DM000854805 DM000851439 DM000853129 DM000853130
33100 000-1	1	Fibrinoliză (Qstat sau echivalentul)	Fibrinoliză (Qstat sau echivalentul)	Fibrinoliza QPLUS cu consumabile	SUA	Hemosonics LLC	Fibrinoliză (Qstat sau echivalentul)	Fibrinoliza QPLUS cu consumabile: Cartuș QSTAT - câte 1 cartuș la examinare/pacient, se livrează în set de 10 buc., art. KT-0022 Quanta Cleaning Cartridge - câte 1 cartuș pe lună/analizator, se livrează în set de 10 buc., art. KT-0012 Set de control QSTAT LEVEL 1 - câte 1 cartuș pe 3 luni, se livrează în set de 4 buc., art. KT-0028 Set de control QSTAT LEVEL 2 - câte 1 cartuș pe 3 luni, se livrează în set de 4 buc., art. KT-0038 Printer paper roll (dimensiuni 80mm×12m), un rulou aproximativ pentru 72 examinări (cu imprimare singură) sau 36 de examinări (cu dublare de rezultat), se livrează în set de 10 buc., art. KT-0030	DM000853473 DM000851439 DM000853126 DM000853128

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"Tetis International Co" SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**