

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1617968619635	Data: 20 mai 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)”	Pozitia Nr.: <u>1</u>	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) (Lot nr.1)	PRS 500F	Germania	PROTEC GmbH & Co. KG	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap până la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Pedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm ≥110 Laterală, cm ≥25 Fața mesei Densitatea mesei ≤1,7 mm Al Greutatea maximă a pacientului , kg ≥250 Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Lungimea suprafeței mesei ≥210 cm Lățime suprafeței mesei ≥ 80 cm Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea ≤ 70 cm Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei ≥10:1 Deplasarea longitudinală, cm 50 BUCKY vertical Dimensiunea, cm ≥43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei ≥10:1 Distanța minimă a centrului unității de raze X	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Descriere Sistem radiografic pentru uz general, libertate de mișcare și multiple configurări. Aria largă de mișcare a mesei, cu posibilitatea de ajustare a limitelor, bucky-ului și a stativului vertical permit expuneri de la cap până la degetul piciorului fără să fie necesară re poziționarea pacientului. Parametru Specificația Modul radiologic Digital Detector unic da Tip masă Tip Pedestal Suport electric da Mișcarea mesei Longitudinală, cm 110 Laterală, cm 30 Fața mesei Densitatea mesei 0.9 mm Al Greutatea maximă a pacientului , kg 250 Suportul mesei Pedestal Sistem de control electromagnetic Lungimea suprafeței mesei 226 cm Lățime suprafeței mesei 80 cm Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea 697 mm Sistemul BUCKY a mesei Tip motorizat Dimensiunea, cm 43x43 Controlul automat al expunerii (AEC) 3 cîmpuri Raportul grilei 10:1 Deplasarea longitudinală, cm 56 BUCKY vertical Dimensiunea, cm 43x43	CE, ISO, Autorizație ANRA NR

				de la podea ≤ 50 cm Deplasarea longitudinală, cm ≥ 180 cm Detector Mărima detector, cm ≥43x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicile detectorului Rezoluția matricei, pixeli ≥ 3072 x 3072 Mărima pixelului ≤140 μm Panou de control Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Procesarea avansată da Generator de raze X ≥55kW Diapazon kV generator 40-150kV Sistem de control al încărcării termice a tubului cu protecție împotriva suprasolicitării Da Cobntrol automat al expunerii Da Diapazon mAs ≥0,5-500 Timp de expunere maxim ≥ 10 sec Timp de expunere minim ≤ 0,001 sec Tubul de raze X Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 600 mA Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU ≥200 Rata de răcire, HU/min ≥1250 Panou de control pe tubul radiologic da DAP metru da Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș de protecție, 0.3 grosimea stratului de plumb 2 seturi Sort de protecție, 0.5 grosimea stratului de plumb 3 seturi Imprimanta Procesare tip Termal direct da Interfa DICOM Rezoluție spațială, >12 Pixeli/mm Format film, cm "20x25 -35 x43: Format hartie A4" Formate disponibile simultan >2 Viteza imprimare cca 100 filme/h Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Cerințe față de alimentarea electrică Standard Statia de lucru CPU ≥3.0 Ghz, ≥2 cores Video card ≥ 2Gb OS Windows 10 sau similar DVD-RW da RAM ≥4Gb	Controlul automat al expunerii (AEC) da Raportul grilei 10:1 Distanța minimă a centrului unității de raze X de la podea 386 mm Deplasarea longitudinală, cm 1865 mm Rapixx4343M1i Detector Mărima detector, cm 43x43 Configurare detector Fără fir da Caracteristicile detectorului Rezoluția matricei, pixeli 3072 x 3072 Mărima pixelului 139 μm Panou de control touch screen Selectarea automată a parametrilor da Post-procesarea anatomică specifică da Procesarea manuală da Procesarea avansată da Generator de raze X VENUS 65kW Diapazon kV generator 40-150kV Sistem de control al încărcării termice a tubului cu protecție împotriva suprasolicitării Da Cobntrol automat al expunerii Da Diapazon mAs 0,5-800 Timp de expunere maxim 10 sec Timp de expunere minim 0,001 sec Intensitatea maximă la 100 kV 630 mA Tubul de raze X RAD-14 Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.2 Capacitatea termică, KHU 300 Rata de răcire, HU/min 1250 Panou de control pe tubul radiologic da DAP metru da Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Guleraș de protecție, 0.3 grosimea stratului de plumb 2 seturi Sort de protecție, 0.5 grosimea stratului de plumb 3 seturi Imprimanta COLENTA Procesare tip LASER da Interfa DICOM Rezoluție spațială, 12 Pixeli/mm Format film, cm "20x25 -35 x43: Imprimamta p/u hartie A4" Formate disponibile simultan 2 Viteza imprimare 100 filme/h Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0 da Cerințe față de alimentarea electrică Standard Statia de lucru (PC)	
--	--	--	--	--	--	--

				Hard disc (HDD) $\geq 2 \times 500 \text{Gb}$ LAN 100/1000 Mbps USB port ≥ 4 PACS compatibil DICOM 3.0 da Monitor medical ≥ 19 inch, $\geq 1 \text{MP}$ Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	CPU 3.0 Ghz, 2 cores Video card 2Gb OS Windows 10 DVD-RW da RAM 4Gb Hard disc (HDD) $2 \times 500 \text{Gb}$ LAN 100/1000 Mbps USB port 4 PACS compatibil DICOM 3.0 da Monitor medical 19 inch, 2Mpixel Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)