

Specificații tehnice (F4.1)

Achiziții cu costuri mici nr. 21017280						Data: „09” Ianuarie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: "Reactive de laborator pentru a. 2020"						Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 2 Reactive pentru analizatorul de urina Uryxon Relax						
2.1	33696500-0	Medi test Combi 11	Mission 11A	SUA	ACON	1 set contine 100 teste la urina pentru 11 parametri(glucioza, corpi cetonici, acis ascorbic, proteina, eritrocite, leucocite, nitrite, gravitate specifica, pH, bilirubin, urobilinogen) nrma si patologic, compatibil cu analizatorul de urina Uryxon Relax	La ciștigul lotului 2 vom dona un analizator de urină Mission U120 Smart. 1 set contine 100 teste la urina pentru 11 parametri(glucioza, corpi cetonici, acid ascorbic, proteina, eritrocite, leucocite, nitrite, gravitate specifica, pH, bilirubin, urobilinogen) normal si patologic, compatibil cu analizatorul de urina Mission U120 Smart.	Certificat CE; ISO
2.2	33696500-0	BM Control CCR proteina, glucoza, pH-ul urinei	U021-011	SUA	ACON	Lichid gata pentru folosire pentru determinarea glucozei, pH-ului si a proteinei in urina. Setul contine 8fl*10ml	Lichid Control Urină, 2 fl x 10 ml	Certificat CE; ISO
		Lotul 3						
3	33696500-0	Antigen cardiolipinic pentru Reactia de microprecipitare in determinarea sifilisului RW	03.07.3k	Federația Rusă	EKOLAB	Set de 70 ml cu control +/- inclus. Ofertantul prezinta certificatul CE, certificatul de inregistrare si punere pe piata in tara de origine. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	Set de 70 ml cu control +/- inclus. Seturile vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Certificat ISO
		Lotul 5						
5	33696500-0	Teste rapide HBsAg	71004	SUA	LUMIQUICK	Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	Testele vor fi livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE; ISO
		Lotul 6						
6	33696500-0	Teste rapide anti-HCV	71030	SUA	LUMIQUICK	Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	Testele vor fi livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE; ISO
		Lotul 7						

7.1	33696500-0	CRP Latex	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	1set= 100 teste.Seturile vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
7.2	33696500-0	RF Latex	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	1set= 100 teste.Seturile vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
7.3	33696500-0	ASLO Latex	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	1set= 150 teste. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Testele sa fie livrate securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	1set= 100 teste.Seturile vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
		Lotul 9						
9	33696500-0	Expres teste pentru determinarea singelui ocult in materialul biologic	72001	SUA	LUMIQUICK	1buc = 1 test Testele sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coicnda in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	1buc = 1 test. Testele vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO
		Lotul 10						
10	33696500-0	Expres teste la TROPONIN I	75001	SUA	LUMIQUICK	1buc = 1 test Testele sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coicnda in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni.	1buc = 1 test. Testele vor fi livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de patrare) ale produsului indicate pe ambalaj coind cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9