

Specificații tehnice

			va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele						
Numărul licitației:			LP nr. MD-1651211262255 din 15.07.2022						
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrului Național de Asistență Urgentă Prespitalicească, pentru anul 2022						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
3310000-1	1	Aparat gazometrie sanguina	Aparat gazometrie sanguina	i-STAT Alinity	SUA	ABBOT Point of Care Inc.	Analizator de tip Point of Care, test cu test, de gaze sanguine, electroliți, metaboliți, hematocrit și creatinina; Compus din 2 dispozitive: un dispozitiv care analizează proba (reader) și un dispozitiv care afișează rezultatele (host) sau un singur dispozitiv care are integrate cele două dispozitive, dar generează același rezultat ca echipamentului compus din două dispozitive. Să determine: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucoza, lactat, creatinina, hematocrit și uree; Să calculeze: cHgb, ChCO3-, cTCO2, BE(ecf), BE(b), CSO2, eGFR, eGFR-a, AGap, AgapK, A, A-a, a/A; Tipul de probă: sânge integral (arterial, venos și venos mixt) din seringă și capilar heparinat cu Li; Să necesite un volum de maxim 95 µL de sângue integral; Timpul de obținere al rezultatelor după injectarea probei să fie de maxim 45 de secunde; Să fie construit în tehnologie fără mentenanță (calibrare automată, sa nu necesite mentenanță din partea operatorului); Să folosească carduri de test de unica folosință c contin senzori ce generează semnale electrice proporționale cu concentrațiile analiților din specimen și fluid de calibrare într-un rezervor atansat. Temperatura de păstrare a cardurilor să fie: 15 – 300C; Capacitate de stocare a datelor: minim 499 pacienți; Echipamentul să aibă un sistem de verificare a datei de expirare al cardurilor; Calibrarea să se facă automat, înainte de rulare fiecărui	Conform Anexei 1	CE. ISO

33100 00-1	3	Radiatoar de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru încăperi	Radiatoar de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru încăperi	AEREKS STANDART 2*15	Ucraina	AEREKS LIMITED LIABILITY COMPANY	Dimensiune maxima 130*130*570mm; Greutatea nu mai mult de 3,5 kg; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru razele UV. Instalare: perete și podea (să posede propriile „piciorușe”). Capacitatea de tratare a aerului – nu mai puțin de 100 m³/oră; Tensiunea de rețea -220 V; Frecvența – 50 Hz; Consumul de energie -maxim 50W; Ventilatoare silențioase minim 2 buc; Nivelul de zgomot – nu mai mult de35 Db; Sistem electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”) Cablu cu întrerupător lungimea nu mai puțin de 150 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozon-free – 2 buc. A câte 15 W fiecare, lungimea de undă UV= 253,7-254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – 4,8 W; Durata de viață lămpilor – nu mai puțin de 9000 ore; Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător;	Dimensiune maxima 130*130*570mm - da; Greutatea nu mai mult de 3,5 kg - da; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimerică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru razele UV. Instalare: perete și podea (poseda picioruse de fixare podea). Capacitatea de tratare a aerului – nu mai puțin de 100 m³/oră - da; Tensiunea de rețea -220 V; Frecvența – 50 Hz; Consumul de energie -maxim 50W - da; Ventilatoare silențioase 2 buc; Nivelul de zgomot – nu mai mult de35 Db - da; Sistem electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”) Cablu cu întrerupător lungimea de 150 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozon-free – 2 buc. A câte 15 W fiecare, lungimea de undă UV= 253,7-254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – 4,8 W; Durata de viață lămpilor – 9000 ore; Garanție pentru dispozitiv – 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV; Participanții vor prezenta mostre în decurs de 10 zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor în SIA RSAP;	CE. ISO
---------------	---	---	---	----------------------------	---------	---	---	--	---------

33100 00-1	4	Radiatoar de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru autoambulanțe	Radiatoar de aer de tip cu raze ultraviolete (recirculator) pentru autoambulanțe	AEREKS TRANS AVIA 2*15	Ucraina	AEREKS LIMITED LIABILITY COMPANY	Dimensiune maxim 120*180*700 mm; Greutate nu mai mult de 3 kg; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimetrică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante. Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru rezele UV; Capacitatea de tratare a aerului -nu mai puțin de 30 m³/oră; Tensiunea de rețea 12 V; Frecvența 50Hz; Consumul de energie -maxim 30W; Ventilator silențios (12V) – 1 bucată; Mufă pentru conectare directă la priză din salon autovehiculului (12V); Nivelul de zgomot – nu mai mult de 20 Db; Sistemul electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”); Cablul cu lungimea nu mai puțin de 150 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone- free – 1 buc putere 11-15 W, cu lungimea de undă UV=253,7 -254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – nu mai puțin de 3,5 W; Durata de viață a lămpilor – nu mai puțin de 8000 ore; Garanție pentru dispozitiv – min. 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător;	Dimensiune maxim 120*180*700 mm - da; Greutate nu mai mult de 3 kg - da; Corp metalic ușor din inox sau acoperit cu vopsea polimetrică anticorozivă (protecție până la 8 ani) de culoare albă, rezistentă la prelucrarea cu soluții dezinfectante. Perforare laser în corp pentru control vizual al funcționării lămpii, acoperită cu plastic impermeabil pentru rezele UV; Capacitatea de tratare a aerului -nu mai puțin de 30 m³/oră - da; Tensiunea de rețea 12 V; Frecvența 50Hz; Consumul de energie -maxim 30W - da; Ventilator silențios (12V) – 1 bucată; Mufă pentru conectare directă la priză din salon autovehiculului (12V) - da; Nivelul de zgomot – nu mai mult de 20 Db - da; Sistemul electronic de pornire și siguranță (a.n. „balast”); Cablul cu lungimea de 150 cm; Lămpi ultraviolete (seria UVC), ozone- free – 1 buc putere 15 W, cu lungimea de undă UV=253,7 -254 nm; Puterea totală a fluxului bactericid – 9,6 W; Durata de viață a lămpilor – 9000 ore; Garanție pentru dispozitiv – 12 luni din data livrării; Certificat de management al calității ISO 9001:2015; Certificat de conformitate pentru radiatoare, oferit de producător; Certificat de conformitate pentru lămpi, oferit de producătorul lămpilor UV;	CE. ISO
---------------	---	---	---	------------------------------	---------	---	--	--	---------

Semnat:_____Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi____În calitate de: Director _____

Ofertantul: ”GBG-MLD” SRL _____Adresa: ____Chișinău, Str. Albișoara 64/2_____