

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

IMSP SCM Sf.Treime

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710755911559 / 21187790 din 29.03.2024						
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Consumabile traumatologie pentru anul 2024</i>					Lot :11; 12; 13.	Pagina 1 din 1
Denumirea pozitie	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
11. Fire de sutura acid poliglicolic USP 1-0	PGA01F0145	China	RTMED, Haidike	Acid poliglicolic împletit, USP 1-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm	Acid poliglicolic împletit, USP 1-0, 75CM, 1-2 CRB 45 mm Inregistrat la AMDM - DM000379916	ISO, CE.
12. Fire de sutura acid poliglicolic USP 2-0	PGA20F0140	China	RTMED, Haidike	Acid poliglicolic împletit, USP 2-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm	Acid poliglicolic împletit, USP 2-0, 75CM, 1-2 CRB 40 mm. Inregistrat la AMDM - DM000379909	ISO, CE.
13. Fire de sutura acid poliglicolic USP 3-0	PGA30F0136	China	RTMED, Haidike	Acid poliglicolic împletit, USP 3-0, 75CM, 1-2 CRB 40-50 mm	Acid poliglicolic împletit, USP 3-0, 75CM, 1-2 CRB 36 mm Inregistrat la AMDM - DM000379905	ISO, CE.

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokuceaev 6, of.61
semnat electron