

Specificații de preț (F 4.2)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 21

Perioada depunerii ofertei:

22 martie 2019 - 17 aprilie 2019, 11:00

Nr. Lot	Denumirea lotului / pozițiilor	U.M.	Canti- tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasif. Buget.
21	Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV - Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm								
21.1	Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV - Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm	Bucată	104	1.325,00	1.325,00	137.800,00	137.800,00	30 zile	
21.2	Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm șuruburilor aplicate)	Bucată	104	100,00	100,00	10.400,00	10.400,00	30 zile	
21.3	Cîrlig pentru bară transversală (Transvers Connector Hook) (Cross link hook)	Bucată	18	285,00	285,00	5.130,00	5.130,00	30 zile	
21.4	Bară transversală (Transvers Connector Link TiAIV) Lățimea 3mm, lung. 70 mm	Bucată	9	1.800,00	1.800,00	16.200,00	16.200,00	30 zile	
21.5	Tijă longitudinală diametru 6 mm, lungime 490mm	Bucată	6	1.425,00	1.425,00	8.550,00	8.550,00	30 zile	
21.6	Set de instrumente livrat în custodie	Set	1	Gratis în folosință		0	0	30 zile	
Total						178.080,00	178.080,00		

Termenul de valabilitate a ofertei: 120 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2

Specificații tehnice (F 4.1)

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1552376601752, 21006108	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționare centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019	LOT 21

Perioada depunerii ofertei: 22 martie 2019 - 17 aprilie 2019, 11:00

Nr. Lot	Denumirea Lotului / Poziției	Model articol	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
21 Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAlV - Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm							
21.1	Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAlV - Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm	NSPA... NSPR... NSMA..	Turcia	NORM	1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V 2. Șurubul să aibă Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungime - 35-40-55 mm 3. Colorate diferit pentru diferite diametre; 4. Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 5. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 6. Să fie cu contact limitat; 7. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 8. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 10. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Șuruburi Mono și Poliaxiale pentru tratamentul deformațiilor (inclusiv a scoliozei) - set cu piuliță inclusă. 1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V 2. Șurubul să aibă Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungime - 35-40-55 mm 3. Colorate diferit pentru diferite diametre; 4. Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; 5. Lot produs de un singur producător; 6. Cu contact limitat; 7. Certificat CE/ declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 8. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă 10. Prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului / Poziției	Model articol	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
21.2	Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm șuruburilor aplicate)	NSPA... NSPR... NSMA..	Turcia	NORM	1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V ; 2. Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm șuruburilor aplicate) 3. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; 4. Colorate diferit pentru diferite diametre; 5. Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 6. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 7. Să fie cu contact limitat; 8. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 9. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 10. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 11. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare	Piulițe incluse în setul Șuruburilor Poliaxiale Poz. 20.1. 1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V ; 2. Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm șuruburilor aplicate) 3. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; 4. Colorate diferit pentru diferite diametre; 5. Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; 6. Lot produs de un singur producător; 7. Cu contact limitat; 8. Certificat CE sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 9. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 10. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 11. Prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic/ manualul utilizatorului/ pliantul produsului (emise de producător). Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului / Poziției	Model articol	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
21.3	Cîrlig pentru bară transversală (Transvers Connector Hook) (Cross link hook)	NSTL170	Turcia	NORM	1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V; 2. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Cârlige pentru bara transversală (sunt incluse în setul Poz.21.4). 1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V; 2. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit 3. Lot produs de un singur producător; 4. Cu contact limitat; 5. Certificat CE / declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului / Poziției	Model articol	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
21.4	Bară transversală (Transvers Connector Link TiAlV) Lățimea 3mm, lung. 70 mm	NSTL170	Turcia	NORM	1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V; 2. Lărgimea 3mm, lung. 70 mm Variantă anatomică stînga / dreapta; 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Bară transversală în set cu 2 cârlige de fixare pe bară longitudinală. 1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V; 2. Lărgimea 3mm, lung. 70 mm Variantă anatomică stînga / dreapta; 3. Lot produs de un singur producător; 4. Cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea Lotului / Poziției	Model articol	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
21.5	Tijă longitudinală diametru 6 mm, lungime 490mm	NSR1650	Turcia	NORM	1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V 2. Diametre tije cuprinse 6 mm și lungimi cuprinse 400 mm; 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Tijă longitudinală diametru 6 mm, lungime 500 mm. 1. Material de confecționare - Titan Ti6Al4V 2. Diametre tije cuprinse 6 mm și lungimi cuprinse 400 mm; 3. Lot produs de un singur producător; 4. Cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	ISO, CE
21.6	Set de instrumente livrat în custodie	PS...	Turcia	NORM	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	Set de instrumente pentru tratamentul deformităților (inclusiv a scoliozei). Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat cu implanturile. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare compnenta setului se înlocuiește. 6. pozițiile bine definite în trusă ale componentelor, pieselor de instrumentar În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	ISO, CE