

		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21006874						din 13.05.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Set pentru infuzie cu filtru						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		CHIRAPLUS G DEHP (PVC) Free	CHG731	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, a. s.	Fără PVC, cu filtru încorporate în linia de perfuzie, cu membrană cu micropori, cu diametrul porului nu mai mare de 0,22 mm	SET INFUZIE. Este steril și apirogen până la deteriorarea învelișului. Nu folosiți dacă învelișul de protecție este scos sau desfăcut. Aplicabil doar pentru pompe de infuzii (gravitaționale). Tuburi 1500 ml. filtru - 15 microni. Fără PVC. Fără latex.	CE
		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23