

Specificatii tehnice F. 4,1						
Nr. Lot	LP N ocds-b3wdp1-MD-1675324964635 (21072716) din 23,02,2023					Standarde de referinta
	Denumirea	Modelul articolului	Tara de origine	Producator	Descrierea propusa	
1	Bisturiu chirurgical steril nr.22, 11	GT041-100	China	Ningbo Greetmed	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22, 11 , cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
2	Lotul 2 Lame chirurg. p/u bisturiu steril nr.22,11,10	GT040-100	China	Ningbo Greetmed	Lame bisturiu sterile otel carbon nr 11 ,22,10 1Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 5 Ambalate în cutii câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
3	Lotul 3 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	GT029-610	China	Ningbo Greetmed	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 - 500 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
5	Lotul 5 Emplastru hipoalergic din material netesut 10m*10cm	GT090-100	China	Ningbo Greetmed	4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO
8	Lotul 8 Set de aspirație cu canala Yankauer vacum contact FG 30	GT027-100	China	Ningbo Greetmed	Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE, ISO

7	Lotul 7 Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior	GT172-300	China	Ningbo Greetmed	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație.	CE, ISO
	Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior	GT172-300	China	Ningbo Greetmed	Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzilor de ocluzie, pentru retenția atelelor. Proprietăți plasa tricotată, tubulară fără cusuturi bi-elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație	
17	Lotul 17 Termometru de corp	GT004-100	China	Ningbo Greetmed	Sa nu contina mercur, Certificat CE (coborârea lină a coloanei indicatorului fără ajutorul unui suport/accesorii adăugătoare. Prezentarea confirmării ce atestă înregistrarea produsului la AMDM.	DM000003846
9	Lotul 9 Set steril artroscopie	Arthroscopy set	Turcia	3Tecs	neșesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip „ U” 150cm x 200cm cu aperturi adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipotalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip „ U” 160cm x 300cm, cu aperturi 20cm x 100 cm, material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipotalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni	CE, ISO
22	Lotul 22 Soluție Peroxid de hidrogen 6%	Peroxid de hidrogen 6%	RM	Elladum	Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Ambalat în recipient de culoare închisă a câte ~5000ml	Aviz sanitar

Semnat

Diana Tutunaru

jurist

Natusana SRL or. Codru, str. M. Eminescu 31