

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21071644/ ocds-b3wdp1-MD-1673606731289 din 23.01.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 (repetat 3)

Nr. Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	4	5	6	7	8
Lot Nr. 1 Endoproteză de revizie sold cu tijă modulară și cupă bipolară							
1	Tija femurală	PROMOTION MODULAR REVISION STEM 19113 -> 19222; 19312 -> 19416; 19011 -> 19023; 19055; 19041; 19042; 19097; 19098	ITALIA	PERMEDICA	Tija femurală de revizie modulară; Confecționată din aliaj de titan; Să fie disponibile variante: cimentată și necimentată; Suprafața variantei necimentate: rugoasă; Suprafața variantei cimentate: lustruită; Să aibă două componente: proximală și distală cu multiple posibilități de combinare, oferind o modularitate crescută prin combinarea oricărei componente proximale cu orice componentă distală cimentată sau necimentată; Să ofere posibilitatea de reglare a anteverseiei componentei proximale cu ±360° independent de poziția componentei distale; Conectarea celor două componente se face prin con și șurub; Componenta proximală să fie în două variante - standard 130° și lateralizată 127° cu minim 3 dimensiuni: de la 50 la 70 mm cu increment de 10mm; Conul gâtului de 12/14mm; Să prezinte componenta trohanterică cu orificii pentru sutură de siguranță cu material non-metalic; Să prezinte componenta de extensie disponibilă în minim 2 diametre având lungimea de minim 25mm; Să prezinte șurub de blocare suplimentară a componentelor disponibil în cel puțin 2 lungimi; Să prezinte geometrie redusă a gâtului pentru a crește gradul de libertate a mișcării; Să prezinte șanturi longitudinale pentru îmbunătățirea osteointegrării; Să existe posibilitatea testării poziționării ansamblului in situ; Componenta distală cimentată/necimentată să fie disponibilă în variantele: dreaptă și incurbată; Componenta distală necimentată să fie disponibilă în cel puțin 10 diametre și cel puțin 2 lungimi cuprinse între 140-200mm pentru fiecare variantă; Componenta distală cimentată să fie disponibilă în cel puțin 3 diametre și cel puțin 2 lungimi cuprinse între 140-200mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Tija femurală de revizie modulară; Confecționată din aliaj de titan; Disponibile variante: cimentată și necimentată; Suprafața variantei necimentate: rugoasă; Suprafața variantei cimentate: lustruită; Are două componente: proximală și distală cu multiple posibilități de combinare, oferind o modularitate crescută prin combinarea oricărei componente proximale cu orice componentă distală cimentată sau necimentată; Oferă posibilitatea de reglare a anteverseiei componentei proximale cu ±360° independent de poziția componentei distale; Conectarea celor două componente se face prin con și șurub; Componenta proximală are două variante - standard 130° și lateralizată 127° cu minim 3 dimensiuni: de la 50 la 70 mm cu increment de 10mm; Conul gâtului de 12/14mm; Prezinta componenta trohanterică cu orificii pentru sutură de siguranță cu material non-metalic; Prezinta componenta de extensie disponibilă în minim 2 diametre având lungimea de minim 25mm; Prezinta șurub de blocare suplimentară a componentelor disponibil în cel puțin 2 lungimi; Prezinta geometrie redusă a gâtului pentru a crește gradul de libertate a mișcării; Prezinta șanturi longitudinale pentru îmbunătățirea osteointegrării; Exista posibilitatea testării poziționării ansamblului in situ; Componenta distală cimentată/necimentată este disponibilă în variantele: dreaptă și curba; Componenta distală necimentată este disponibilă în cel puțin 10 diametre și cel puțin 2 lungimi cuprinse între 140-200mm pentru fiecare variantă; Componenta distală cimentată este disponibilă în cel puțin 3 diametre și cel puțin 2 lungimi cuprinse între 140-200mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO, CE
1	Cupa bipolară	BIPOLAR HEADS - STANDARD METAL BALL HEADS 25939-> 25960 26971 -> 26974 20281 - > 20284	ITALIA	PERMEDICA	Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil cu concentrație ridicată de azot de uz medical; Să fie modular; Diametre externe disponibile: minim 21, cuprinse între 40-60mm; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE; Insertul să prezinte un inel de blocare din polietilenă; Diametrul intern 28mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil cu concentrație ridicată de azot de uz medical; Modulara; Diametre externe disponibile: minim 21, cuprinse între 39-60mm; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE; Insertul prezinta un inel de blocare din polietilenă; Diametrul intern 28mm. Include capete d. 28mm, Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	ISO, CE
1	Set de instrumente gratuit în folosință	BIARTICULAR CUP INSTRUMENTS SET, PM PROMOTION INSTRUMENTS SET	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2