

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1597055200947		Data: 21.08.2020				Alternativa nr:
Denumirea licitației	Set consumabile pentru plasmafereză		Lot: 1				Pagina: _____ din _____
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor (Denumirea Comuna Internațională)	Modelul articolului (Denumirea comercială)	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință (GMP)
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 1. Set consumabile pentru plasmafereză	Disposable Plasma Apheresis Set	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co.LTD	- Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; - Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. - Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent - Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; - Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. - Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.	- Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; - Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator în eprubetă vacuum, dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală: ☐ integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; ☐ asigurat cu clamă; ☐ amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. - Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă. - Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; - Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen, volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. - Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibil cu aparatul Nigale.	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: Tudosan Reghina În calitate de: Farmacist-diriginte

Ofertantul: DITA ESTFARM SRL Adresa: Chisinau, str.Burebista 23