

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Strășeni.

Numărul achiziției comerciale: 21035396, ocds-b3wdp1-MD-1611862684454.						Data: 05.02.2021	Alternativa n
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționare REPETAT: ”Reactive, reagenți, consumabile pentru laborator pe parcursul anului 2021”.						Lot:	pag. 1 din 1
№ d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	

Lot 3. Specificații standard pentru investigații clinice (Anexa 1 la Ordinul MS nr. 701 din 18.10.2010 Specificații standard pentru investigații biochimice)

1	Antistreptolizina 0 (ASO)	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	ASO Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml și pozitiv -1 ml, pipete și plansete. (Conform Cerințelor generale6).	Antistreptolizina 0 (ASO) Latex-test, kit 100teste/5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	CRP	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	CRP Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml și pozitiv -1 ml, pipete și plansete. (Conform Cerințelor generale6).	CRP Latex-test, kit 100teste/5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	RF	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	RF Latex Kit, 100 teste/5ml, Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, inclus control negativ - 1ml și pozitiv -1 ml, pipete și plansete. (Conform Cerințelor generale6).	RF Latex-test, kit 100teste/5ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot 4. Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei (Anexa 3 la Ordinul MS Nr. 701 din 18.10.2010 Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice)

1	Medi-test Combi-11, Urine test	DAC-11	Moldova	Dac-SpectroMed	Medi-test Combi -11, Urine test nr.100 teste, 11parametri; (Proteine/albumină, glucoza, acid ascorb, cetone, nitrite, pH, bilirubină, sânge, leucocite, greutatea specifică în urină, urobilinogen). (Conform Cerințelor Specifice).	Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină (Medi-test Combi-11). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
---	--------------------------------	--------	---------	----------------	--	---	----------

Lot 10. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul ”PCE-210”, Erma Inc, Japonia (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise)

1	Soluție de diluare	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Soluție de diluare, ambalaj 20L. pe bază de apă și conține clorură de natriu, sulfat de sodiu, procaină, acid clorhidric și conservanți, într-un compus tampon anorganic. (Conform Cerințelor Generale2).	Soluție pentru diluare, amb. 20L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	Soluție de spălare 5 L,	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Soluție de spălare 5 L, pe bază de apă, să conțină enzim proteolitic, clorură de sodiu, sulfat de sodiu, polioxietilinalchilalcohol și conservați într-un compus tampon anorganic. Să conțină un colorant inert purpurii. (Conform Cerințelor Generale2).	Soluție pentru spălare, amb. 5L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	Set de control p-u analizatorul hematologic	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	8 param. (L,N,H). set 3 fl. *2.5 ml, (Conform Cerințelor Generale2).	Set de control pentru analizatorul hematologic 3DIFF (Low, Normal, High), set 3fl x 2ml cu 18 parametri. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	Soluție de lizare 500ml.	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Soluție de lizare 500 ml.Compuși cu aternari de amoniu și KCN (mai mic de 0.1 %), (Conform Cerințelor Generale2).	Soluție pentru lizare, amb. 500ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 05.02.2021

Valabilitatea ofertei -60 zile.