

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656400180745 din 12.07.2022
Obiectul de achiziției: Tub Radiogen model E7843 Brivo DRF

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub Radiologic model E7843 Brivo DRF	E7843X	Japonia	Canon Electron Tube & Devices Co., Ltd	Caracterisitici: Prezența specialiștilor certificați pentru a efectua reparația. Garanția pentru ansamblul E 7843 Diagnosticul aparatului «Brivo DRF» Demontarea ansamblului veci , instalarea ansamblului nou. Reglarea curenturilor tubului, reglarea coincidenței razelor de Rentgen cu câmpul optic a diafragmei. Ansamblul tubului radiogen model E 7843 1 buc (Compatibil) . Ansamblu tubului radiogen cu tub cu anod rotativ alimentare trifazată, inclusiv	Prezența specialiștilor certificați pentru a efectua reparația. Garanția pentru ansamblul E 7843 Diagnosticul aparatului «Brivo DRF» Demontarea ansamblului veci , instalarea ansamblului nou. Reglarea curenturilor tubului, reglarea coincidenței razelor de Rentgen cu câmpul optic a diafragmei. Ansamblul tubului radiogen model E 7843 1 buc (Compatibil) . Ansamblu tubului radiogen cu tub cu anod rotativ alimentare trifazată,	Declarație de conformitate, CE

				materialul de instalare necesar. Ansamblu tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kV. Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasa de protecție cu raze X.. Parametrele ansamblului : Tensiunea nominală radiografie KV ≥ 150 Tensiunea nominală Scopie KV ≥ 110 2 focare mm $\leq 0,6 - 1,2$ Putera nominală KW $\geq 30 - 50$ Curentul maximal al filamentului A $\leq 10,3 - 16,8$	inclusiv materialul de instalare necesar. Ansamblu tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kV. Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasa de protecție cu raze X.. Parametrele ansamblului : Tensiunea nominală radiografie KV = 150 Tensiunea nominală Scopie KV ≥ 110 2 focare mm = 0,6 - 1,2 Putera nominală KW $\geq 30 - 50$ Curentul maximal al filamentului A $\leq 10,3 - 16,8$	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan-Service SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656400180745 din 12.07.2022
	Obiectul de achiziției: Tub Radiogen model E7843 Brivo DRF

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tub radiologic model E7843	Buc.	1.00	320 000.00	384 000.00	320 000.00	384 000.00	livrare Tub radiologic în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.	-	-

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan-Service SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16