



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția medico-sanitară publică  
**CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ**  
str. C. Vârnay, 16 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270  
e-mail: [cnamup@ambulanta.md](mailto:cnamup@ambulanta.md)

08.04.2020 Nr. 01-15/603

"ARCTUS IMPEX" SRL  
"Eco Chimie" SRL  
"Labromed Laborator" SRL  
"SOGNO" SRL  
"Imunotehoptimed" SRL  
ICS "Farmina" SRL  
"Medglobalfarm" SRL  
"Natusana" SRL  
"Tehoptimed" SA  
"Triumf-Motiv" SRL  
"Data Control" SRL  
"Grazy Price Medical" SRL  
"ECHIPAMED-PLUS" SRL  
"Pharmony" SRL  
"Belnis" SRL

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, vă comunică că în rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor precum și a documentelor și **mostrelor prezentate** de participanții la **LD ID nr. ocds-b3wdp1-MD-1584004741588** din **27.03.2020** privind achiziționarea **Consumabile și dispozitive medicale**, Cod CPV: **33100000-1**, și în temeiul art. 69 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, a luat decizia de a desemna câștigătoare următoarele oferte:

- „Eco Chimie” SRL pentru loturile:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Canti-tatea	Suma totală fără TVA
1	Hârtie ECG termosensibilă 80 x 30 m	Hârtie termochimică de înregistrare sub formă de rolă, pentru efectuarea electrocardiogramelor	buc	15000	143550.00
9	Gel ECG	Gel ECG, volum 250ml	buc	2000	16960.00
10	Mască oxigen	Tub PVC medical siliconat transparent, steril + mască. Mărimi: S, M, L	buc	400	3192.00

- „Grazy Price Medical” SRL pentru lotul:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Canti-tatea	Suma totală fără TVA
16	Cearșaf medical u/f 80x180cm	Dimensiuni 80x180cm. Material neșesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant(60x90cm). Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor.	buc	20000	130000.00

- **"Natusana" SRL** pentru loturile:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
8	Pături izolatoare	Pătură termică, folie, dimensi. 210 x 160 cm;	buc	1000	12000.00
13	Termometru digital	Măsurarea temperaturii corpului uman. Avertizare sonoră și memorie. Rezistent la patrunderea apei.	buc	200	10000,00
18	Bisturiu de unica folosință	Bisturiu monobloc. Mâner din plastic, eliminare în siguranță după folosire. Oferă o prindere sigură. Steril. Ambalat individual și închis ermetic în folie de aluminiu. De unică folosință.	buc	250	875.00

- **„Medglobalfarm” SRL** pentru loturile:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
4	Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L	Cutii din carton, pentru colectarea deșeurilor medicale, 10 litri	buc	12000	56500.00
7	Mănuși anticombustie	Pachet steril cu mănuși și gel anticombustie	buc	500	83333.33

- **ICS "Farmina" SRL** pentru lotul:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
15	Tonometru mecanic	Stetoscop cu capsula încorporată în manșetă: manometru; manșetă profesională, dimensiuni: 22-42 cm; tip umflare: manuală; pară ergonomică prevăzută cu supapă specială cu buton; trusă pentru păstrare / transport;	buc	300	49536.00

- **"ECHIPAMED-PLUS" SRL** pentru lotul:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
11	Mască laringiană I-gel	Dispozitiv pentru controlul căilor aeriene superglotice. Centurile corespund structurilor faringiene, perifaringiene, laringiene. Mansonul de etanșare va fi confecționat din material moale elastomer termoplastice cu aspect de gel de uz medical transparent, fără latex, negonflabil. Este prevăzut cu canal gastric, dispozitiv antimuşcătură, suport colorat, în funcție de dimensiunile măștii. Ambalat polietilenă, dimensiuni 2,3,4	buc	300	84000.00

- **„Tehoptimed” SA** pentru loturile:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
2	Hârtie ECG termosensibilă 215 x 30 m	Hârtie termochimică de înregistrare sub formă de rolă, pentru efectuarea electrocardiogramelor	buc	8000	202666.67
14	Termometru frigider	Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase nu are nevoie de baterii pentru a funcționa, este dotat cu cârlig de fixare și poate fi agățat de polițele frigiderului.	buc	80	8266.67

- „Labromed Laborator” SRL pentru loturile:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
5	Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant	bandaj steril, elastic, cu sistem de fixare, lățime-min. 10cm, lungime-min. 150cm, dimensiuni absorbant: lungime min 17cm, lățime-min. 9 cm	buc	6000	354000.00
6	Pansament anticombustie 20 x 30	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust	buc	3000	237000.00

- "Pharmony" SRL pentru lotul:

Nr. lot	Denumirea lotului	Specificarea tehnică deplină solicitată	UM	Cantitatea	Suma totală fără TVA
3	Pungă pentru vomă	Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce permite reținerea conținutului	buc	6000	75000,00

Operatorii economici desemnați câștigători urmează să semneze contractul de achiziție după expirarea termenului de așteptare prevăzut în art. 32 alin. 1, (b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

#### Ofertele care au fost respinse/descalificate:

- Ofertele operatorilor economici: "Imunotehoptimed" SRL; "Triumf Motiv" SRL; "Arctus Impex" SRL; ~~\_\_\_\_\_~~ și "Data Control" SRL au fost respinse din cauza neprezentării mostrelor solicitate conform scrisorii nr. 01-15/534 din 30.03.2020.
- Oferta operatorului economic ICS "Farmina" SRL pentru lotul nr. 13 Termometru digital a fost respinsă – mostra prezentată a fost exclusiv pentru copii.
- Oferta operatorului economic „Natusana” SRL pentru lotul nr. 15 Tonometru medical, deoarece manjeta este cu fixator metalic care îngrelează procedura de măsurare a tensiunii arteriale și nu a fost solicitată conform documentației de atribuire.

Operatorii economici care nu sunt menționați mai sus au fost respinși din cauza prețurilor majorate.

Pentru lotul nr. 12 Pulsoximetru ~~\_\_\_\_\_~~ nu a fost prezentate mostre.

Grupul de lucru a luat decizia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziții publice pentru lotul nr. 17 Sonda Yancauer, deoarece ofertele prezentate depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției.

Conducătorul grupului de lucru



Tatiana BICIC