

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1736865462636	Data: 27/01/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Reactive și consumabile pentru laboratorul clinic 27 loturi		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3			5	6	7	8
33696500-0	6	Eprubete cu gel volum 10.0 cu clot activator	Eprubete cu gel volum 10.0 cu clot activator	Eprubeta vacuum recoltare sange gel si activator de coagulare 8ml (Codul produsului:C105080)	China	CHANGSH A RENJI MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD.	Volum 10.0 ml cu clot activator, cu certificate CE	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator Volum de sânge: 8 ml, volumul total 10ml cu clot activator 1. Dimensiuni : 16 mm ×100mm 2. Cu Certificat CE 3. Ambalare 100 bucăți (Catalog, pag. 12) Facturare N100	DM000396459

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23