

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718861455956								
Denumirea procedurii de achiziție: Stative pentru perfuzie								
Autoritatea contractantă: IMSP SR Floresti								
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Modelul	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Stative pentru perfuzie	IV-R-3	Moldova	Optimatcons SRL	Stative pentru perfuzii cu rotile, înălțime reglabilă 120 cm. – 210 cm., număr cârlige - 4	Stative pentru perfuzii cu rotile, înălțime reglabilă 120 cm. – 210 cm., număr cârlige - 4	CE, Declarație de conformitate Inregistrat în Registru de Stat Nr.DM000639551 Rg04-000226 din 02-10-2023

Numele, Prenumele **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova