

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1699627418600 din 28.11.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 35)

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---------|---|---|---|-----------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 33100000-1 | 5 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 | Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 | ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) + ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-211) | SUA | ACON Laboratories, Inc. | <p>Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200</p> <p>Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.</p> <p>Parametru Specificația Meto Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată Memoria numărul de teste ≥ 300 ta/ora și rezultatul probei Baterie internă Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată Păstrarea telor din memorie la înlocuirea bateriei Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile Baterie 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)" Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 400 buc.</p> | <p>Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200</p> <p>Descriere "Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.</p> <p>Parametru Specificația Meto Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei = 0,5 µL Gama de măsurare = 1.1-33,3 mmol/L Gama hematocritului = 25-60 % Timpul de măsurare = 10 sec. Ecran LCD Calibrarea automată Oprire automată Memoria numărul de teste 300 data/ora și rezultatul probei Baterie internă Autonomie de la baterie = 1000 teste Indicator baterie descărcată Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile Baterie = 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)" Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere Ace sterile de unică utilizare = 400 buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni = 400 buc. Se anexează broșura și manualul de la producător.</p> | DM000399134 + DM000399183 |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9