

Specificații tehnice (F4.1)									
							din 15.09.2021		
Numărul licitației: 21042773							Alternativa nr.		
Denumirea licitației:Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022							Lot: conform listei solicitate		
Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE							Pagina 1din 1		
Valuta, lei MDL									
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		Bunuri							
33100000-1		Lotul 27							
		Cateter i/v periferic 14G	CHFXS0101445	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 14 Diametru (mm) 2,1 Lungime (mm) 45 Cod culoare portocaliu Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE	
		Total lot 27							
		Lotul 28							
33100000-1		Cateter i/v periferic 16G	CHFXS0101645	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumemul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 16 Diametru (mm) 1,7 Lungime (mm) 45 Cod culoare gri Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE	
		Total lot 28							
		Lotul 29							
	33100000-1		Cateter i/v periferic 18G	CHFXS0101845	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 18 G2, port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 18 Diametru (mm) 1,3 Lungime (mm) 45 Cod culoare verde Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 29							

33100000-1		Lotul 30						
		Cateter i/v periferic 20G	CHFXS0102032	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 20 Diametru (mm) 1,1 Lungime (mm) 32 Cod culoare roz Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 30						
33100000-1		Lotul 31						
		Cateter i/v periferic 22G	CHFXS0102225	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 22 Diametru (mm) 0,9 Lungime (mm) 25 Cod culoare albastru Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 31						
33100000-1		Lotul 32						
		Cateter i/v periferic 24G	CHFXS0102419	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 24 Diametru (mm) 0,7 Lungime (mm) 19 Cod culoare galben Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 32						
33100000-1		Lotul 33						
		Cateter i/v periferic 26G	CHFXS0102619	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.dimensiune: 26 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulat internationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Cateter CHIRAFLEX IV SIGURANȚĂ CU PORT CU Arip Mărimea G 26 Diametru (mm) 0,6 Lungime (mm) 19 Cod culoare Violet Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 33						

33100000-1		Lotul 61						
		Injector seringă pentru perfuzie 50 ml	CH03050PTB	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. presiune: 6 bar 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop 7. gradat 8. steril 9. radiopac *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	fabricate și destinate aplicațiilor PERFUSION compatibil cu pompele de perfuzie ale producătorilor lideri mondiali compatibil cu unitățile de dializă ale producătorilor lideri mondiali gradare neagră, ușor de citit, gradare DUBLĂ pe butoi și piston din polipropilenă și cauciuc sintetic lubrifiat fără pirogeni, fără latex, fără DEHP, fără PVC, netoxic 50 ml BB transparent	CE
		Total lot 61						
33100000-1		Lotul 64						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 19	CH260001119	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime:19 G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod in culorile internationale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 19 Diametru (mm) 1,1 Codul culorii fîldeș Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 64						
33100000-1		Lotul 65						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 20	CH260001120	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod in culorile internationale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 20 Diametru (mm) 0,9 Codul culorii galben Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 65						
33100000-1		Lotul 66						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	CH260001121	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod in culorile internationale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documentar de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internationale) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 21 Diametru (mm) 0,8 Codul culorii verde Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	ISO
		Total lot 66						

33100000-1		Lotul 67						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	CH260001122	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 22 Diametru (mm) 0,7 Codul culorii negru Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 67						
33100000-1		Lotul 68						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	CH260001123	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 23 Diametru (mm) 0,6 Codul culorii albastru Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 68						
33100000-1		Lotul 70						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	CH260001125	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 25 Diametru (mm) 0,5 Codul culorii portocale Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 70						
33100000-1		Lotul 71						
		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	CH260001127	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii **Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate internaționala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac estinată perfuziei cu timp mai scurt ac din oțel inoxidabil cu lungimea de 20 mm (4/5 ”), tub de plastic de 30 cm Mărimea G 27 Diametru (mm) 0,4 Codul culorii gri Managementul calității certificat conform EN ISO 13485: 2016 CE	CE
		Total lot 71						

33100000-1		Lotul 75						
		Prelungitoare pentru sisteme infuzie	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Tuburi de infuzie din PVC acc. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și montaj Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare a tuburilor de perfuzie standard acc. la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) test de scurgere, presiune de 500 kPa (5 bari) R steril (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
		Total lot 75						
33100000-1		Lotul 76						
		Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune inalta)	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	"1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune 4-7 bari 4. Unica folosinta 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 3 ani de la livrare. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Tuburi de infuzie din PVC acc. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și montaj Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare a tuburilor de perfuzie standard acc. la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) test de scurgere, presiune de 500 kPa (5 bari) R steril (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
		Total lot 76						
33100000-1		Lotul 86						
		Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	7626044800	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 cm II. 1. cateter mărime 19G, 90 cm III. 1. adaptor Tuhy Borst IV. 1. filtru hidrofilic antibacterial V. 1.seringă - 10 ml 2. conector luer-lock 3. steril PVC 4. radiopac *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate intemationala) a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical.	Seturi de cateter epidural. Set format din: Cateter epidural, închis distal, cu ochi referați lateral, atraumatic, echipat cu un conector Luer-Lock conectabil; Canula Tuohy cu conector transparent Luer-Lock, aripi de siguranță și oțel-mandrin întreținut exact, filtru microbian, seringă (LOR). Canelă țesută: Suprafață periată, pe lungime Lungimea cusăturii (canula): marcaje de 8 cm în trepte de 1 cm Număr de piese (seringă): 2 bucăți Stil (con): con Luer-Lock Diametru exterior (cateter) 20 G Diametru exterior (canula) 18 G Lungime (canula) 80 mm Volumul seringii utilizabil până la 10 ml	CE
		Total lot 86						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23