

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21062213 din 05.09.2022****Obiectul de achiziție: Servicii de punere în funcțiune a echipamentelor periferice ale complexului de măsurare**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Servicii de punere în funcțiune a echipamentelor periferice ale complexului de măsurare	Servicii de punere în funcțiune	Moldova	LABROMED LABORATOR SRL	<p>Servicii de punere în funcțiune a echipamentelor periferice ale complexului de măsurare</p> <p>1. Organizarea conexiunii criostatului ARS-4HW cu modulele GDM-8261 și PSM-6003;</p> <p>2. Pregătirea și instalarea programelor soft pentru configurarea flexibilă și comutarea complexului de măsurare în diferite regimuri de măsurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regim de măsurare a rezistivității cu 2 sonde;</li> <li>- Regim de măsurare a rezistivității cu 4 sonde;</li> <li>- Măsurarea efectului Hall în configurația cu 4 contacte</li> <li>- Măsurarea efectului Hall în configurația cu 6 contacte</li> </ul> <p>3. Montarea și ajustarea setărilor sistemului de măsurare;</p> <p>4. Instruirea utilizatorilor;</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Servicii de punere în funcțiune a echipamentelor periferice ale complexului de măsurare</p> <p>1. Organizarea conexiunii criostatului ARS-4HW cu modulele GDM-8261 și PSM-6003;</p> <p>2. Pregătirea și instalarea programelor soft pentru configurarea flexibilă și comutarea complexului de măsurare în diferite regimuri de măsurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regim de măsurare a rezistivității cu 2 sonde;</li> <li>- Regim de măsurare a rezistivității cu 4 sonde;</li> <li>- Măsurarea efectului Hall în configurația cu 4 contacte</li> <li>- Măsurarea efectului Hall în configurația cu 6 contacte</li> </ul> <p>3. Montarea și ajustarea setărilor sistemului de măsurare;</p> <p>4. Instruirea utilizatorilor;</p> <p>Termen de garanție: 12 luni</p>	
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr în calitate de: Director****Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2**