

			Specificații tehnice						
			etat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă						
		Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1743002014945						Data: „ ” 20 Alternativa nr.:
		Denumirea licitației:	Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100 000-1	2	Sistem de închidere percutana a arteriotomiei femorale	Sistem de închidere percutana a arteriotomiei femorale	EXOSEAL™ EX500CE EX600CE EX700CE	SUA	Cordis	Dispozitiv pentru închiderea vasculară activă	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. (pagina 12 broșura) Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni.	DM000621071 DM000621070 DM000621069

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com. Stauceni