

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655712720171 din 01.08.2022								
Obiectul de achiziție: Procurarea utilajului medical								
Co d	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelu l	Țara de	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310 000- 1	9	Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0- 1000° grade	MF 207	Turcia	Nuve	Conform cerintelor	Vezi anexa 9	Certificate de calitate
3310 000-	10	Centrifuga de laborator cu	NF 1200	Turcia	Nuve	Conform cerintelor	Vezi anexa 10	Certificate de calitate
3310 000- 1	14	Pipetă automată monocanal volum reglabil:(100- 1000μl)	4642092	Rusia	Termofisher	Dozator monocanal volum reglabil 100- 1000 mkl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcsei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română	Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcsei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatrlor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare - compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română	Certificate de calitate
3310 000- 1	26	Distilator	ND 12	Turcia	Nuve	Conform cerintelor	Vezi anexa 26	Certificate de calitate
3310 000-	27	Agitator Vortex pentru agitare-	V-1 plus	Letonia	Biosan	Conform cerintelor	Vezi anexa 27	Certificate de calitate

3310 000- 1	36	Spălător (automat ELISA pentru plăci cu 96 de godeuri	IW-8 Intelispee d washer	Letonia	Biosan	Spălător automat și programabil de microplăci, support magnetic pentru placă,acuratețe ridicată,presiunea lichidului și aspirația sunt programabile.	Spălător automat și programabil de microplăci, support pentru placă, acuratețe ridicăta,presiunea lichidului și aspirația sunt programabile.	Certificate de calitate
3310 000- 1	37	Incubator	Stat Fax 2200	SUA	Awareness Technology	Termostat shaker pentru ELISA	Termostat shaker pentru ELISA	Certificate de calitate
3310 000- 1	38	Cititor plăci și micro plăci	Stat Fax 4200	SUA	Awareness Technology	Microplate reader	Microplate reader	Certificate de calitate

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor, În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2