

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1630655182514	Data: 11.10.2021	Alternativa nr.: -
Denumirea LP:	Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de cardiochirurgie și sutură pentru anul 2022	Lot: 50, 51	Pagina: 1 din 7

Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Set cardiovascular adulți steril getabil	Disposable Sterile Cardiovascular Pack	Turcia	3Teks	<p>Componență inclusă în set:</p> <p>1. Cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc. Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: ● strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 micrometri, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±5 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m².</p> <p>2. ștergere pentru mâini, 20x25 cm (±2 cm) – 6 buc. Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMMMS.</p> <p>3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm) – 1buc. Compus din 2 straturi: ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O.</p> <p>4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm)– 1 buc. Transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5. manjetă impermeabilă – 1 buc. Compusă din 2 straturi: ● strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior ● strat absorbant pe interior ● rezistente la rupere și împunsături ● cu manjetă de poliester ● lungime 50 cm (±2 cm).</p> <p>6. mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche; N7; N7,5; N8; N8,5. ● fără pudră ● rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, ● conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g ● AQL - nu mai mare de 0,65(AQL)</p>	<p>Componență inclusă în set:</p> <p>1. Cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc. Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din 3 straturi bine delimitate: ● strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 micrometri, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85cm (±5 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m².</p> <p>2. ștergere pentru mâini, 20x25 cm (±2 cm) – 6 buc. Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMMMS.</p> <p>3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (±2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (±2 cm) – 1buc. Compus din 2 straturi: ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O.</p> <p>4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (±2 cm)– 1 buc. Transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5. manjetă impermeabilă – 1 buc. Compusă din 2 straturi: ● strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior ● strat absorbant pe interior ● rezistente la rupere și împunsături ● cu manjetă de poliester ● lungime 50 cm (±2 cm).</p> <p>6. mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche; N7; N7,5; N8; N8,5 model Ansell Encore Latex Micro ● fără pudră ● rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, ● conținutul de latex – nu mai mare</p>	CE, ISO

				<p>- standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganismele și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374- 2:2014)).</p> <p>7. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc. Cu lipici, detașabil.</p> <p>8. babile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche. Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>9. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză ● strat impermeabil, ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2.</p> <p>10. Cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (±2 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză, nu mai puțin de 20 g/m2 ● strat impermeabil, ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2.</p> <p>Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; >900 col. H2O în zona critică.</p> <p>11. cearșaf toracic minim 200/300x330 cm (±2 cm), aria de incizie 30x40 cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 4 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2. ● strat impermeabil pe toată suprafața, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 80 kPa; >100 col. H2O în zona critică.</p> <p>12. cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 2 straturi: ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O.</p> <p>13. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm) – 2 buc. Transparente, din poletilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>14. Panglici de operație minim 10x50cm (±2 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a</p>	<p>de 30 μg/g ● AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganismele și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374- 2:2014). Vezi sintagma „Freedom from Holes (Inspection level I) 0.65 AQL din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.2.</p> <p>Cu acoperire polimerică pe interior. Acoperirea pe interior a manusilor Ansell Encore Latex Micro este efectuată prin tehnologia DERMASHIELD, care este și mai performantă decât Biogelul de la Molnlycke.</p> <p>DERMASHIELD este o acoperire dermatologică protectoare. Manusile Ansell sunt recomandate pentru toate operațiile, în special pentru cele cardiovasculare. Vezi sintagma “ Recommended For: All surgeries, especially delicate procedures in ophthalmology, micro, and cardiovascular” din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.1.</p> <p>Vezi sintagma „Polymer Coated with DERMASHIELD Technology” din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.2.</p> <p>Vezi video cu testul la rupere a manusilor model Ansell Encore la linkul: https://www.youtube.com/watch?v=u1Hq9gcOiG4</p> <p>7. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc. Cu lipici, detașabil.</p> <p>8. babile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche. Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>9. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză ● strat impermeabil, ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2.</p> <p>10. Cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (±2 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză, nu mai puțin de 20 g/m2 ● strat impermeabil, ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2.</p> <p>Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>15. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser.</p> <p>16. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>17. Perie de curățare a electrodului -1 buc. Lavetă abrazivă și radiopacă sterilă de unică folosință, 50x50 mm.</p> <p>18. Contor 20 ace – 1 buc. Cu strat din spuma.</p> <p>Standartizare europeană conform EN 13795, pentru toate componentele din set.</p>	<p>a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; >900 col. H2O în zona critică.</p> <p>11. cearșaf toracic minim 200/300x330 cm (±2 cm), aria de incizie 30x40 cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 4 straturi bine delimitate: ● strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2. ● strat impermeabil pe toată suprafața, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 80 kPa; >100 col. H2O în zona critică.</p> <p>12. cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm) – 1 buc. Compus din minim 2 straturi: ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O.</p> <p>13. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm) – 2 buc. Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>14. Panglici de operație minim 10x50cm (±2 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>15. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser.</p> <p>16. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>17. Perie de curățare a electrodului -1 buc. Lavetă abrazivă și radiopacă sterilă de unică folosință, 50x50 mm.</p> <p>18. Contor 20 ace – 1 buc. Cu strat din spuma.</p> <p>Standartizare europeană conform EN 13795, pentru toate componentele din set.</p>
--	--	--	--	--	--

51	Set cardiovascular By-pass steril getabil	Disposable Sterile Cardiovascular By-pass Pack	Turcia	3Teks	<p>Componență inclusă în set:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (± 2 cm), fortificat – 1 buc. Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 micrometri, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (± 5 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² 2. ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (± 2 cm) – 8 buc. Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (± 2 cm)– 1buc. Compus din minim 2 straturi: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O. 4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (± 2 cm) – 1 buc. Transparent, cu lipici, detașabil. 5. Manjetă impermeabilă – 1 buc. Compusă din minim 2 straturi: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior ● strat absorbant pe interior ● rezistente la rupere și împunsături ● cu manjetă elastică de poliester ● lungime 50 cm (± 2 cm). 6. Mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche; N 7; N 7,5; N 8; N 8,5. <ul style="list-style-type: none"> ● fără pudră ● rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, ● conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g ● AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 7. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc. Cu lipici, detașabil. 8. bahile perechi, minim 35x30 cm (± 2 cm)– 1 pereche. Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea 	<p>Componență inclusă în set:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (± 2 cm), fortificat – 1 buc. Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 micrometri, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 60x85 cm (± 5 cm), ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² 2. ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (± 2 cm) – 8 buc. Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă minim 80-150 cm (± 2 cm)– 1buc. Compus din minim 2 straturi: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m² Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H₂O. 4. sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (± 2 cm) – 1 buc. Transparent, cu lipici, detașabil. 5. Manjetă impermeabilă – 1 buc. Compusă din minim 2 straturi: <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior ● strat absorbant pe interior ● rezistente la rupere și împunsături ● cu manjetă elastică de poliester ● lungime 50 cm (± 2 cm). 6. Mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche; N 7; N 7,5; N 8; N 8,5. model Ansell Encore Latex Micro <ul style="list-style-type: none"> ● fără pudră ● rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, ● conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g ● AQL - nu mai mare de 0,65(AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014). Vezi sintagma „Freedom from Holes (Inspection level I) 0.65 AQL din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.2. <p>Cu acoperire polimerică pe interior. Acoperirea pe</p>	CE, ISO
----	---	--	--------	-------	---	---	---------

				<p>mărimii individuale.</p> <p>9. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. Compus din 3 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. <p>10. Cearșaf cu bord adeziv minim 100x100 cm (±2 cm)– 3 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. <p>11. cearșaf pentru masa de operație 200x280 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x280 cm (±2 cm)– 1 buc. Compus din minim 2 straturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. <p>12. Absorbant perineal – 1 buc. Tampon absorbant adeziv 55x70 cm – 2 bucăți, din 2 straturi, câmp steril superabsorbant angio.</p> <p>13. cearșaf toracic minim 200/300x345 cm (±2 cm), 3 arii de incizie: 32x40 cm (±2 cm) și două 17x107 cm (±2 cm)– 1 buc. Compus din 4 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2 • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Film de incizie integrat, aplicat pe toată suprafața ariilor de incizie, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 90 kPa; >100 col. H2O în zona critică. <p>14. cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm)– 1 buc. Compus din minim 2 straturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. <p>15. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm)– 2 buc. Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>16. Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc.</p>	<p>interior a manusilor Ansell Encore Latex Micro este efectuată prin tehnologia DERMASHIELD, care este și mai performantă decât Biogelul de la Molnlycke.</p> <p>DERMASHIELD este o acoperire dermatologică protectoare. Manusile Ansell sunt recomandate pentru toate operațiile, în special pentru cele cardiovasculare. Vezi sintagma “ Recommended For: All surgeries, especially delicate procedures in ophthalmology, micro, and cardiovascular” din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.1.</p> <p>Vezi sintagma „Polymer Coated with DERMASHIELD Technology” din Catalogul atasat „ENCORE Latex Micro surgical gloves” pag.2.</p> <p>Vezi video cu testul la rupere a manusilor model Ansell Encore la linkul: https://www.youtube.com/watch?v=u1Hq9gcOiG4</p> <p>7. susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc. Cu lipici, detașabil.</p> <p>8. babile perechi, minim 35x30 cm (±2 cm)– 1 pereche. Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>9. Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. Compus din 3 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. <p>10. Cearșaf cu bord adeziv minim 100x100 cm (±2 cm)– 3 buc. Compus din minim 3 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2. <p>11. cearșaf pentru masa de operație 200x280 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x280 cm (±2 cm)– 1 buc. Compus din minim 2 straturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 micrometri • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. <p>12. Absorbant perineal – 1 buc. Tampon absorbant adeziv 55x70 cm – 2 bucăți, din 2 straturi, câmp steril superabsorbant angio.</p> <p>13. cearșaf toracic minim 200/300x345 cm (±2 cm), 3 arii de incizie: 32x40 cm (±2 cm) și două 17x107 cm</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>17. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser.</p> <p>18. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>19. Perie de curățare a electrodului -1 buc. Lavetă abrazivă și radiopacă sterilă de unică folosință, 50x50 mm.</p> <p>20. Contor 20 ace -1 buc. Cu strat din spuma. Standartizare europeană conform EN 13795pentru toate componentele din set.</p>	<p>(±2 cm)– 1 buc. Compus din 4 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m2 ● strat impermeabil pe toată suprafața, ● strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm). ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Film de incizie integrat, aplicat pe toată suprafața ariilor de incizie, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 90 kPa; >100 col. H2O în zona critică. <p>14. cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm)– 1 buc. Compus dinminim 2 straturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni ● strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; >100 col. H2O. <p>15. Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm)– 2 buc. Transparente, din poletilenă, cu lipici, detașabile.</p> <p>16. Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>17. Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser.</p> <p>18. Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.</p> <p>19. Perie de curățare a electrodului -1 buc. Lavetă abrazivă și radiopacă sterilă de unică folosință, 50x50 mm.</p> <p>20. Contor 20 ace -1 buc. Cu strat din spuma. Standartizare europeană conform EN 13795pentru toate componentele din set.</p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11-59