

Numărul licitației:						IP nr. ocde-b3wdbp1-MD-1610526667942	Data: 22.04.2021	
Cod CPV	Nr.-lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000	1	Combinzoane de protecție (protecție medie)				7	8	9
331000	2	Combinzoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI)						
331000	3	Măști medicale		China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Material nețesut, trei straturi, cu plini. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergenica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii Filtrarea bacterilor (BRE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare până la 100buc, neterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTM F2100, sau EN 14683, sau un standard echivalent. *Toate specificațiile sus-menționate obligatorii să fie confirmate documentar de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participanții va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică. * Instrucțiunile se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizată cu semnătura electronică.	Material nețesut, trei straturi, cu plini. Nu va conține fibră de sticlă și latex. Hipoalergenica. Fixare cu elastic. Să permită respirația fără efort. Să fie clar identificată partea internă și externă a măștii Filtrarea bacterilor (BRE) min 98%, confirmată prin certificat și/sau raport de testare. Adaptabilă la forma feței, cu bară din metal pentru nas. Ambalare până la 100buc, neterile. Măștile medicale să corespundă standardelor recomandate de OMS, și anume confirmarea deținerii ASTM F2100, sau EN 14683, sau un standard echivalent. *Modelul și codul produsului EN14683 Type III Disposable (Medical) Mask (Flat Style) Catalog Accmed pag. 11	CE Declaratie de conformitate
331000	4	Ochelari de protecție						
331000	5	Respiratoare		China	SUZHOU HENG XIANG Import& Export Co.,LTD	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipesc de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benză elastică pe cap, flexibilă, moale. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea acestor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatorii să fie confirmate documentar de producător pe suport de hârtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat (dacă produsul este inclus într-un catalog, în cazul în care produsul nu-1 este atribuit un cod să se menționeze în formulariul F4.1. * Pentru o identificare mai precisă participanții va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.	Dispozitive medicale cu filtru de particule, fără valvă. Capacitatea de filtrare min. 94% (de ex. N95/N99/N100FFP2/FFP3). Respirabilitate bună. Cu formă fixă și design care nu se lipesc de gură (de exemplu nas de rată, cu cupă, ș.a). De unică folosință. Cu benză elastică pe cap, flexibilă, moale. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: Europe (EN 149) sau USA (NIOSH CFR PART 84) sau echivalentul acestora cu prezentarea acestor confirmative. Modelul produsului KN95 Mask. Catalog Accmed pag.10 (Catalog atașat)	CE Declaratie de conformitate

33100C	6	Viziere (Ecrane de protecție)			Viziera de protecție va fi fabricată din material rezistent care poate fi curățat și dezinfectat cu soluție de alcool de min. 70 %. Va fi concepută astfel încât distanța de la față la ecran să asigure o ventilație corespunzătoare, fără aburirea ecranului și fără să împiedice purtarea respiratoarelor, ochelariilor de vedere, utilizarea căștilor wireless sau a telefonului mobil. Banda reglabilă/banda elastică pentru a atâșa ferm de cap și pentru a potri vii confortabil pe frunte (materie universală). Ecran de protecție transparent în color reutilizabil cu grosimea de min. 0,5 mm, minim 3 unități de ecran transparente în set. Protecție totală a feței (va acoperi complet ochii, nasul și gura), protecție laterală. Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: EN 166 sau SN/ISEA Z87.1-2010, sau echivalenți cu prezentarea documentelor confirmative *Toate specificațiile sus-menționate obligatorii să fie confirmate documentar de producător pe suport de hirtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi	
33100C	7	Mănuși nitril (MLL XL)			Mănuși pentru examinare, nesterile, nitril, nepudrate, Mărima disponibile (MLL XL). Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS: EN 455 sau EN374 sau ASTM D6319 sau standarde echivalente cu prezentarea documentelor confirmative. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică. * Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv semnătura electronică a participantului.	
33100C	8	Mănuși latex (MLL, XL)			Mănuși pentru examinare, nesterile, latex cu pigura. Mărimet disponibile (MLL, XL). Să corespundă standardelor internaționale recomandate de OMS EN 455 sau EN 374 sau ASTM D6319 sau standarde echivalente cu prezentarea documentelor confirmative. *Toate specificațiile sus-menționate obligatorii să fie confirmate documentar de producător pe suport de hirtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică* Instrucțiunea se utilizează a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. a participantului.	

Semnat:

Numele Prenumele: Alexandru Tatiana

În calitate de: Specialist achiziții publice

Ofertantul: INTRACONS SRL Adresa: Calea Orheiului 111/5

