

		Specificații tehnice (F4.1)							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1624264414080						Data:13/07/2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Reagenți chimici						Lot:	Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	293	Reactivi pentru izolarea și detecția virusului SARS-CoV-2	Reactivi pentru izolarea și detecția virusului SARS-CoV-2	PCR Test:Detection Kit for Coronavirus Disease 2019 (PCR Fluorescence Probe)PCR0 01FDY Kit pentru izolare: ArtRNK extract	PCR Test: China Kit pentru izolare: Belarus	PCR Test: Singuway Biotech Kit pentru izolare: ArtBioTeh	Kit de reactivi pentru detecția RT-PCR a virusului SARS-CoV-2 într-o singură etapă. Componența: (mix de primeri / sonde specifice, dNTPS, tampon, polimerază și transcriptază inversă, control intern, liofilizat, distribuit în stripuri PCR, inclusiv capace), bufer de reconstituire, control pozitiv și negativ gata de utilizare. Limita minima de detecție ≤ 50 copii / reacție sau 500 copii/ml Ținte de interes: cel puțin 2 ținte de interes, control inter endogen și detectarea variantelor de îngrijorare (VOCs), cel puțin varianta B1.1.7. Compatibil cu 7500 Real Time PCR System și QuantStudio5 (cu descriere protocolului PCR și interpretarea rezultatelor în Instrucțiunea de utilizare) termenul de valabilitate a kitului mai mare de 1,5- 2 ani Certificat IVD, CE, valide Kit pentru izolarea și purificarea acidului nucleic viral din probe ale tractului respirator superior și inferior, alte probe biologice. Reactivi gata de utilizare. sa nu necesite reactivi suplimentari decât cei din componența kitului Principiul extracției precipitare sau membrana (în cazul principiului pe membrană kitul să includă collection tube în cantitatea de 4 tuburi per probă)	Kit de reactivi pentru detecția RT-PCR a virusului SARS-CoV-2 într-o singură etapă. Componența: (mix de primeri / sonde specifice, dNTPS, tampon, polimerază și transcriptază inversă, control intern, liofilizat, distribuit în stripuri PCR, inclusiv capace), bufer de reconstituire, control pozitiv și negativ gata de utilizare. Limita minima de detecție: 500 copii/ml Ținte de interes: 3 ținte de interes, control inter endogen și detectarea variantelor de îngrijorare (VOCs), cel puțin varianta B1.1.7. Compatibil cu 7500 Real Time PCR System și QuantStudio5 (cu descriere protocolului PCR și interpretarea rezultatelor în Instrucțiunea de utilizare) termenul de valabilitate a kitului mai mare de 2 ani Certificat IVD, CE, valide Kit pentru izolarea și purificarea acidului nucleic viral din probe ale tractului respirator superior și inferior, alte probe biologice. Reactivi gata de utilizare. sa nu necesite reactivi suplimentari decât cei din componența kitului Principiul extracției precipitare.	1. Declarație de Conformitate CE, IVD 2. Certificat ISO 13485:2012

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita Estfarm Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 23