

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1585935744042 din 01.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2020 Etapa II

Nr. Lot	Denumire Lot	Model articol	Tara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard refer.
3	Lot 3. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	VC-PSR-26 VC-PSR-24 VC-PSR-22 VC-PSR-20 VC-PSR-18 VC-PSR-16 VC-PSR-14 VC-PSR-12	China	Dongguan Kewei Medical	Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 24 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 22 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 20 - 40 bucăți Mărimea internă (Fr) - 18 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 16 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 14 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 12 - 20 bucăți Mărimea conectorului (inch) 1/4 Forma canulelor - dreaptă. Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu porturi multiple de intrare amplasate in doua nivele. (nu mai putine de 8). Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente.	Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 24 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 22 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 20 - 40 bucăți Mărimea internă (Fr) - 18 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 16 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 14 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 12 - 20 bucăți Mărimea conectorului (inch) 1/4 Forma canulelor - dreaptă. Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu 5-6 porturi de intrare amplasate intr-un nivel. Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente.	CE, ISO 13845
4	Lot 4. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	VC-PSR-34 VC-PSR-32 VC-PSR-30 VC-PSR-28	China	Dongguan Kewei Medical	Mărimea internă (Fr) - 34 - 160 bucăți Mărimea internă (Fr) - 32 - 160 bucăți Mărimea internă (Fr) - 30 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 28 - 20bucăți Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă. Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu orificii multiple de intrare (nu mai putine de 8), amplasate in doua nivele. Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente	Mărimea internă (Fr) - 34 - 160 bucăți Mărimea internă (Fr) - 32 - 160 bucăți Mărimea internă (Fr) - 30 - 60 bucăți Mărimea internă (Fr) - 28 - 20bucăți Mărimea conectorului (inch) - 3/8. Forma canulelor - Dreaptă. Tipul vârfului - Polivinilclorid, cu 6 orificii de intrare, amplasate intr-un nivel. Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente.	CE, ISO 13845

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.



Specificații de preț (F 4.2)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1585935744042 din 01.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2020 Etapa II

Nr. Lot	Denumirea lotului	U.M.	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
3	Lot 3. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	buc	290	279,50	301,86	81.055,0	87.539,4	în decurs de 30zile din data comenzii
4	Lot 4. Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	buc	400	279,50	301,86	111.800,0	120.744,0	în decurs de 30zile din data comenzii
TOTAL						192.855,0	208.283,4	

Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.





FPC "SOGNO" S.R.L.

MOLDOVA, m. Chișinău, str. Academiei nr. 2

Tel.: 022 727525, 022 738342

Fax: 022281914

Mob.: 069129543, 069501991

E-mail: sognomd@gmail.com

01 mai 2020

**IMSP Spitalul Clinic Republican
"Timofei Moșneaga"**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, FPC "SOGNO" S.R.L. în calitate de participant la licitația deschisă nr. **ocds-b3wdp1-MD-1585935744042** din **01.05.2020** privind **"Articole de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2020 Etapa II"** declară următoarele:

1. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.
2. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului vor conține caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba română sau rusă.

**Director,
Petru Iarovoi**

