

Aparat radiologic mobil

Descriere	Sistem radiografic digital pe consolă mobilă motorizat	Mobilefin M40-1/-1A	
Parametru		Specificație	
ANOD TUB Raze X	Capacitate termică, HU	≥ 1000000	Da. 107kHU
	kVp, Diapazon	≥ 40-130 pas min 1 kV	40-125
	mAs Diapazon	≥ 0,32-320	0.1~320mAs
	mAs Diapazon	Ajustabil min 60 pasi	Da
	Pata focală, mm	0,7 -1,3	0.6mm / 1.3mm
	Putere generator	min 32kW	Da, maz 40KW
	Rating 100kV	min 320 mA	Da
	Timp de expunere	0,001-3.2 s	1ms-10s
SID DIAPAZON, cm	≥ 100	1000mm	
INDICATORI	Tip	Digital	Da
	kVp	Digital	Da
	mAs	Digital	Da
COMPUTER	CPU	≥2.2 GHz, ≥2 nuclee	Da
	Sistem de operare	Windows 7 sau echivalent	Da
	Memorie	≥ 4GB	Da
	Hard disk	≥ 320GB 2,5" SATA	Da
	WiFi	≥ 802.11b/g	Da
DETECTOR DIGITAL	DR	DA	Da
	Rezoluție matrice	≥ 3408x4256 pixels	3072x2560
	Pixel	≤ 100 μm	140 microni
	Gradație	≥ 16 biti	Da
	Dimensiune, cm	≥ 35x43	43x35
	Timp până la apariția imaginii	Max 5 sec	<10sec
	Tip conectare la unitate	Serial, USB, Eth, WiFi	Da
MONITOR	Încorporat	da	Da
	Touch screen	da	Da
	Diagonală, in	≥ 19"	Da
Protecție	Posibilitatea de prevenire a coleziune in fata	da	Da
CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR		da ,LED	Da
CERINȚE ALIMENTARE	Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko"		Da
	Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hertz		Da
	Baterie interna		Da
	Cablu Minim 4 m		Da