

Specificații tehnice (F4.1)

| Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1562587173991 | | | | | | Data: 24.07.2019. | Alternativa nr.: |
|---|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|---|
| Denumirea licitației: Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical | | | | | | Lot: 1,4;5;6. | Pagina: 1 |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1: Defibrilator Zoll M Series | | | | | | | |
| 1. | 33140000-3 | Defibrilator Zoll M Series | F7987PW | Italia | Fiab SpA | Electrozi Pedi-padz II 8900-0810-01, termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani. | Electrozi Pedi-padz II, reutilizabili. Termen de valabilitate 2 ani. |
| Lotul 4: Defibrilator AED PRO | | | | | | | |
| 4. | 33140000-3 | Defibrilator AED PRO | F7987W | Italia | Fiab SpA | Adult Stat-Padz II 8900-0802 | Adult Stat-Padz II reutilizabili. Termen de valabilitate 2 ani. |
| Lotul 5 Defibrilator CU-HD1 CU Medical Systems, Inc. | | | | | | | |
| 5. | 33140000-3 | Defibrilator CU-HD1 CU Medical Systems, Inc. | F7958P | Italia | Fiab SpA | Electrozi de unica Folosinta (pediatric) Pedi Padz termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani | Electrozi de unica Folosinta (pediatric) Pedi Padz termen de valabilitate 2 ani |
| Lotul 6 Defibrilator CU-HD1CU Medical Systems, Inc. | | | | | | | |
| 6. | 33140000-3 | Defibrilator CU-HD1CU Medical Systems, Inc. | F7958 | Italia | Fiab SpA | Electrozi de unica Folosinta (adult) CUA 05080 (Adult Pad) termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani | Electrozi de unica Folosință (adult) (Adult Pad). termen de valabilitate 2 ani. |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6