

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648707767984 din 20 apr 2022, 13:27 - 11 mai 2022, 13:27

Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ser- viciilor	Denumirea modelului bunului/servici- ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/ser- vicii						
1	3310 000- 1	Autoclav cu vacuum, V – 60 L	BKM- Z60B(III)	China	Biobase	Autoclav 60 L, cu vacuum, clasa B Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Calsa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor de prelucrare sanitară. Securitate supraîncălzire da Securitate suprapresiune da Alarmă acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă Control microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa rămâne blocată până la finalizarea ciclului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatură eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 60 L - 65 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C Gama de temperatură 115 - 134 grade C Cicluri preprogramate sterilizare și uscare Înregistrator date da, - timp, data, presiune Rezervor pentru apă distilată da Suport pentru autoclav da Alimentare 220 V, 50 Hz	Autoclav 60 L, cu vacuum, clasa B Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Calsa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor de prelucrare sanitară. Securitate supraîncălzire da Securitate suprapresiune da Alarmă acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă Control microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa rămâne blocată până la finalizarea ciclului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum da Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatură eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 60 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 4 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C Gama de temperatură 105 - 138 grade C Cicluri preprogramate sterilizare și uscare Înregistrator date da, - timp, data, presiune Rezervor pentru apă distilată da Suport pentru autoclav da Alimentare 220 V, 50 Hz	CE/ISO

4	3310 000-1	Fibrobronho scop compatibil cu EVIS EXERA III	BF-1TQ170	Japonia	Olympus	Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III Cod Anexa 2 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III Parametru Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 100 mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6,2 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Complectarea Piesă bucală -2 unit. Pensă de biopsie- 2 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190 Olympus Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	BF-1TQ170 Videobronhoscop Da, 120 Da, 0 Da, 3-100 Da, 5.9mm Da, 6mm Da, 180/130 Da, 6mm Da, 600 Da, 2.8mm Da, 2 unit Da, 2 unit Da Da Da Da	CE/ISO
10	3310 000-1	Unitate de criochirurgie portativă	Cryopro Maxi,	Danemarca	CORTEX TECHNOL OGY	Descriere Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, tratamentul se efectuează la o temperatură de -196°C, atât prin contact direct cât și prin pulverizare. Parametru Specificația Crioagent Azot lichid Temperatura -196°C Capacitatea rezervorului ≥ 500 ml Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite Da	Da, Cryopro Maxi, CORTEX TECHNOLOGY Da Da, -196 Da Da Da, 500ml Da, Tip Spray - 4buc diferite marimi; Tip spray indoit pentru zone greu accesibile -1 buc Adaptor de curățare	CE/ISO
11	3310 000-1	Videocolono scop compatibil cu EVIS EXERA III	CF-H185L	Japonia	Olympus	Videocolonoscop destinat diagnosticului și tratamentul tubului digestiv inferior, tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III" Parametru Specificația Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1990 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul câmpului de vedere >140 Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190 Olympus Imersibil da Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Da, CF-H185L Da, 2005mm Da, 1680 Da, 12.8 Da, 3.7 Da, 140 Da, 0 Da, 2-100 Da, 180 Da, 160 Da Da Da Da Da	CE/ISO
12	3310 000-1	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristic i de baza)	Nexus, OL-02	INFIMED	Polonia	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametru Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametru Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,300 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 20 - 36 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.6-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 130000 lux Rotația 270 grade	CE/ISO

						Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ} \text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ} \text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 60 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	
13	3310 000- 1	Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristic i de baza)	Nexus, OL-02	INFIMED	Polonia	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 $\pm$ 500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 $\geq 120\,000$ lux, satelitul nr.2 $\geq 120\,000$ lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ} \text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,300 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 20 - 36 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.6-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 130000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ} \text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 60 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**