

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1591077673471</u>
Stație de purificare a apei p/u hemodializă
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 1						
		Stație de purificare a apei p/u hemodializă						
	1.1	Stație de purificare a apei p/u hemodializă	HemoRO3000	Germania	DWA	Stație mobilă (pe suport cu roțile); Alimentare tensiune: 220V, 50Hz; Presiune de intrare apă: 1,5 - 5 bari; Program de curățare și dezinfectare (incl. bucla de permeare recirculantă); Dezinfecția termică a conturului; Volum de producere a permeatului: minim 60 l/h; Presiune de ieșire a permeatului: 2 bari; Filtru prefiltrare a apei în 3 etape (filtru 20 μm, filtru cărbune activ, filtru 5 μm); Manometru p/u presiunea de ieșire la fiecare filtru; Manual de utilizare/service în limba de stat; Standard: BS EN ISO 13959: 2015	Stație mobilă (pe suport cu roțile); Alimentare tensiune: 220V, 50Hz; Presiune de intrare apă: 1,5 - 5 bari; Program de curățare și dezinfectare (incl. bucla de permeare recirculantă); Dezinfecția termică a conturului; Volum de producere a permeatului: minim 60 l/h; Presiune de ieșire a permeatului: 2 bari; Filtru prefiltrare a apei în 3 etape (filtru 20 μm, filtru cărbune activ, filtru 5 μm); Manometru p/u presiunea de ieșire la fiecare filtru; Manual de utilizare/service în limba de stat; Standard: BS EN ISO 13959: 2015	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir BOLOCAN** În calitate de: **Key Manager**

Ofertantul: **"Pharmony" SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149A**