

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1562744542509				Data: „30” iulie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor pentru laboratorul microbiologic Agenția Medicamentului și Dispozitivelor				Lot: 24		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33140000-3	1	Bowie-Dick Test Pack, 134°C 3,5 min	BD	China	M&G P	pentru verificarea zilnică a funcționării autoclavelor cu aburi– simuleaza un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014	pentru verificarea zilnică a funcționării autoclavelor cu aburi– simuleaza un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014	ISO

Semnat: _____ Numele,
Prenumele
În calitate de: administrator
Jighili Tatiana
Ofertantul: _____ SRL Triumph-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

